

OGŁOSZENIE
Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 04/PN/2014

Z dnia: 14-03-2014

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

Pytanie 1

do pakietu 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opisaną w SIWZ elektrodę neutralną o wymiarze 174x122mm (110cm²)? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Różnica 2mm w długości elektrody nie ma żadnego wpływu na jej właściwości i działanie.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 2

Pakiet nr 10 poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 3

Pakiet nr 10 poz. 1-4

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podanie cen jednostkowych za opakowanie, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Pakiet nr 10 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o wymiarach 45 mm x 42 mm (okrągła, z języczkiem ułatwiającym zdejmowanie), dla dorosłych, wykonana na podłożu piankowym, z żelcem.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 5

Pakiet nr 10 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody do badań holterowskich z wycięciem do umocowania przewodu, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Pakiet nr 10 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do EKG 250 ml o jasno-żółtym, przezroczystym kolorze, pozostałe parametry oferowanych żeli EKG będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Pakiet nr 10 poz. 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 mm x 25 m /papier do EKG, z nadrukiem/, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 324 rolki po 25 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Pakiet nr 10 poz. 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak 15 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Pakiet nr 10 poz. 17, 18

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach papierów kompatybilnych, nieoryginalnych?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 10

Projekt umowy - §1 ust. 4 /termin dostaw/

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu dostaw na maks. 4 dni robocze.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 11

Projekt umowy - §1 ust. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu wymiany wadliwych produktów na maks. 3 dni robocze.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 12

Projekt umowy - §3 ust. 1 lit. a)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 0,5% niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 13

Projekt umowy - §3 ust. 1 lit. b)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 1% niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 14

Projekt umowy - §3 ust. 1 lit. c, d

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 15

Projekt umowy - §3 ust.5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu płatności na 14 dni od daty wezwania.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 16

Pakiet 7 poz.6

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania kieliszków do podawania leków pakowanych po 75 szt, niesterylnych ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu ceny w ofercie

Pytanie 17

Pakiet 9 poz.3

Czy Zamawiający oczekuje aby worek do godzinowej zbiórki moczu posiadał

samouszczelniający port do pobierania próbek moczu oraz możliwość łatwe opróżnianie komory bez konieczności jej odwracania? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje aby worek do godzinowej zbiórki moczu posiadał samouszczelniający port do pobierania próbek moczu oraz możliwość łatwego opróżnienia komory bez konieczności jej odwracania

Pytanie 18

Pakiet 3 poz.16

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania igły ciętej pod kątem 45 stopni, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

Pakiet nr 20

Poz.1 - Pyt.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowych kleszczy biopsyjnych łyżeczki owalne

z okienkiem do kolonoskopii, średnica 2,4 mm, do kanału roboczego $\geq 2,8$ mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20

Pakiet nr 20

Poz.2 - Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowych kleszczy biopsyjnych łyżeczki owalne

z okienkiem do gastroskopii, średnica 2,4 mm, do kanału roboczego $\geq 2,8$ mm, długość 170 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21

Pakiet nr 20

Poz.2 - Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowych kleszczy biopsyjnych łyżeczki owalne

z okienkiem do gastroskopii, średnica 2,4 mm, do kanału roboczego $\geq 2,8$ mm, długość 150 cm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 22

Pakiet nr 20

Poz.3 i 4 - Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowej owalnej pętli ze specjalnie plecionego drutu

o regulowanej długości do 25 mm, w zestawie 1 rączka i 2 pętli; parametry pętli średnica 2,4 mm, do kanału roboczego $\geq 2,8$ mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 23

Pakiet nr 20

Poz. 3 – Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowej owalnej pętli do polipektomii z teflonowym korpusem o średnicy 2,3 mm, średnica pętli 20 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 24

Pakiet nr 20

Poz. 3 – Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowej owalnej pętli do polipektomii z korpusem

o średnicy 2,3 mm, średnica pętli 20/40 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 25

Pakiet nr 20

Poz. 5 – Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej owalnej pętli o średnicy korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego $\geq 2,8$ mm, średnica pętli 10/20 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 26

Pakiet nr 20

Poz. 5 – Pyt.8

Czy Zamawiający dopuści zapis jednorazowa owalna pętla o średnicy korpusu 2,3 mm, średnica pętli 10 mm, długość 230 cm, sterylna?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 27

Pakiet nr 20

Poz. 6 – Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej owalnej pętli o średnicy korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego $\geq 2,8$ mm, średnica pętli 20/40 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 28

Pakiet nr 20

Poz. 6 – Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści zapis jednorazowa owalna pętla o średnicy korpusu 2,3 mm, średnica pętli 20 mm, długość 230 cm, sterylność?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 29

Pakiet nr 20

Poz.7 – Pyt. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej igły do skleroterapii o średnicy 2,4 mm, długość 230 cm, rozmiar 25G (0,5 mm) długość ostrza 5 mm, sterylność?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 30

Pakiet nr 20

Poz.7 – Pyt. 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej igły do skleroterapii o średnicy 1,8 mm, długość 230 cm, rozmiar 0,6 mm długość ostrza 5 mm, sterylność?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31

Pakiet nr 20

Poz. 7 – Pyt.13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej igły do skleroterapii o średnicy 0,7 mm, długość 230 cm, średnica korpusu 2,3 mm, długość ostrza 5 mm, sterylność?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 32

Pakiet nr 20

Poz. 8 i 9 – Pyt.14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej szczoteczki do czyszczenia dwustronna, średnice włosia 5 i 10 mm, długość 230 cm?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej szczoteczki do czyszczenia dwustronna, średnice włosia 5 mm, średnica korpusu 1,8 mm, długość 230 cm?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej szczoteczki do czyszczenia dwustronna, średnice włosia 3 mm, średnica korpusu 1,6 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 33

Poz. 10 – Pyt.15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego ustnika z gumką wolnego od lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 34

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 07 poz. 24 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 07 poz.24 ?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczbie oferentów, a tym samym, pozwoli Zamawiającemu wyłonić najkorzystniejszą ofertę.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 36

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 38 poz. 1 zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych 17G / 19G W skład zestawu wchodzi: igły Touhy 17 i 19G x 80mm, cewnik zewnątrzoponowy L 900 –1000 mm, radiocieniujący, skalowany z przewodnicą z atraumatyczną końcówką. Łącznik cewnika typu Tuohy – Borst, filtr bakteryjny 0,22μ, strzykawka niskooporowa 7 ml.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 37

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 38 poz. 2 i 3 zestawów do kaniulacji dużych naczyń metoda Selingera z przewodnikiem „J” 0.032” lub 0.035”, rozszerzaczem naczyniowym 8 F x 10 cm oraz strzykawką o poj. 5ml.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 38

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 38 poz. 4 zestawu z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitalnych z przewodnikiem J 0.035” x

45 cm

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 39

Pakiet 32

Pozycja 5 – zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawa w rozmiarze 210mm x 200mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 40

Pakiet 32

Pozycja 8 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o wymiarach 380mm x 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41

Pakiet 32

Pozycja 14 – 20 – prosimy o dopuszczenie rękawów o długości rolki 70 m z odpowiednim przeliczeniem ceny w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 42

Pakiet 32

Pozycja 18 – prosimy o dopuszczenie rękawa o szerokości 250mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 43

Dotyczy Pakietu 32:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1 - 9) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 44

Dotyczy Pakietu 32:

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

Odpowiedź: Tak wymaga. Postępować zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 45

Dotyczy Pakietu 32:

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odpowiedź: Tak wymaga. Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 46

Dotyczy Pakietu 32:

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony folii, z uwagi na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych podczas otwierania pakietu?

Odpowiedź: Tak wymaga. Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 47

Dotyczy Pakietu 32:

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający będzie wymagał, aby znak CE na rękawach papierowo-foliowych i rękawach Tyvek był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów do sterylizacji?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 48

Dotyczy Pakietu 32:

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji posiadały gramaturę papieru **70 g/m²**, co zdecydowanie podnosi jakość rękawów i ich wytrzymałość mechaniczną?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 49

Dotyczy Pakietu 32:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów do sterylizacji nadtlenkiem wodoru z testem procesu (Lp. 14-20) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 50

Dotyczy Pakietu 32:

Poz. 14-20 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji nadtlaniem wodoru z testem procesu spełniających wymagania SIWZ konfekcjonowanych w rolkach o długości 200 mb po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Prosimy o wskazanie w jaki sposób należy dokonać przeliczenia, czy zaokrąglać w górę, czy zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 51

Dotyczy Pakietu 32:

Poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw do sterylizacji nadtlaniem wodoru z testem procesu o szerokości 200 mm lub 250 mm w miejsce rękawa o szerokości 225 mm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 52

Dotyczy Pakietu 34 :

Czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta dozowników systemu Sterisol o kompatybilności oferowanych preparatów z dozownikami systemu Sterisol?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu 34 :

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty spełniające wymagania SIWZ posiadające w swoim składzie substancje konserwujące? Dodatek substancji konserwujących do preparatów stosowanych bezpośrednio na skórę rąk personelu szpitalnego kilka do kilkunastu razy dziennie powoduje realne zagrożenie wystąpienia dolegliwych skutków ubocznych, np. reakcji alergicznych.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 54

Pakiet 27 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw się z serwet min.

dwuwarstwowych: folia polietylenowa oraz włóknina polipropylenowa spełniających wymagania pełnej barierowości, zgodnych z normą PE EN 13795 1-3 o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni których pozostałe parametry są zgodne z siwz tj. minimalna odporność na penetrację płynów w obszarach nie wzmocnionych co najmniej 150 cm H₂O w obszarach wzmocnionych powyżej 200 cmH₂O, odporne na rozrywanie na mokro i sucho min. 150kPa. o składzie

taśma samoprzylepna min. 9x50 cm - 1szt.,

serweta na stolik Mayo składana teleskopowo min.

80x145 cm (wzmocnienie min.60 x 80 cm gramatura min.85g/m²)- 1 szt.,

serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm
(wzmocnienie min. 75x190 cm gramatura min.87g/m²) - 1 szt.,
serweta samoprzylepna min.150x240 cm -1 szt.,
serweta samoprzylepna min.170x180 cm- 1szt.,
serweta samoprzylepna min. 75x90 cm - 2 szt.,
ręcznik z włókniny kompresowej do rąk - 2szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 55

Pakiet 27 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwet trzynastowarstwowych : folia polietylenowa oraz włóknina polipropylenowa i wiskoza spełniających wymagania pełnej barierowości, zgodnych z normą PE EN 13795 1-3 o gramaturze 73 g/m² na całej powierzchni których pozostałe parametry są zgodne z siwz tj. minimalna odporność na penetrację płynów w obszarach nie wzmocnionych co najmniej 150 cm H₂O w obszarach wzmocnionych powyżej 200 cmH₂O, odporne na rozrywanie na mokro i sucho min. 150kPa. o składzie

taśma samoprzylepna min. 9x50 cm - 1szt.,
serweta na stolik Mayo składana teleskopowo min.
80x145 cm (wzmocnienie min.60 x 80 cm gramatura min.85g/m²)- 1 szt.,
serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm
(wzmocnienie min. 75x190 cm gramatura min.87g/m²) - 1 szt.,
serweta samoprzylepna min.150x240 cm -1 szt.,
serweta samoprzylepna min.170x180 cm- 1szt.,
serweta samoprzylepna min. 75x90 cm - 2 szt.,
ręcznik z włókniny kompresowej do rąk - 4szt

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 56

Pakiet 27 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw się z serwet dwuwarstwowych: folia polietylenowa oraz włóknina polipropylenowa spełniających wymagania pełnej barierowości, zgodnych z normą PE EN 13795 1-3 o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni których pozostałe parametry są zgodne z siwz tj. minimalna odporność na penetrację płynów w obszarach nie wzmocnionych co najmniej 150 cm H₂O w obszarach wzmocnionych powyżej 200 cmH₂O, odporne na rozrywanie na mokro i sucho min. 150kPa. o składzie

serweta docięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem wypełniona folią chirurgiczną min. 180x320 cm -1 szt.,
serweta na stolik narzędziowy min. 150x190 cm -1 szt.,
serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 145x80cm- 1 szt.
podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x90 cm, - 1 szt
ręcznik z włókniny kompresowej - 2 szt.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 57

Pakiet 27 poz. 4.

Czy zamawiający dopuści zestaw się z serwet dwuwarstwowych: folia polietylenowa oraz włóknina polipropylenowa spełniających wymagania pełnej barierowości, zgodnych z normą PE EN 13795 1-3 o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni których pozostałe parametry są zgodne z siwz tj. minimalna odporność na penetrację płynów w obszarach nie wzmocnionych co najmniej 150 cm H₂O w obszarach wzmocnionych powyżej 200 cmH₂O, odporne na rozrywanie na mokro i sucho min. 150kPa. o składzie

serweta ginekologiczna 200x180 cm i oknem min. 10x20 cm - 1 szt.,

taśma samoprzylepna 10x50cm - 1 szt.,

serweta na stolik narzędziowy .140x190 cm (wzmocnienie 75x190 cm gramatura min. 87g/m²) - 1 szt.,

nieprzemakalna serweta pod pośladki min. 75x90cm - 1 szt.,

serweta na stolik Mayo 145x80 cm – 1szt.

pokrowiec na nogę 120x75cm- 2 szt.

ręcznik z włókniny kompresowej - 2szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 58

Pakiet 27 poz.5.

Czy zamawiający dopuści zestaw się z serwet dwuwarstwowych: folia polietylenowa oraz włóknina polipropylenowa spełniających wymagania pełnej barierowości, zgodnych z normą PE EN 13795 1-3 o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni których pozostałe parametry są zgodne z siwz tj. minimalna odporność na penetrację płynów w obszarach nie wzmocnionych co najmniej 150 cm H₂O w obszarach wzmocnionych powyżej 200 cmH₂O, odporne na rozrywanie na mokro i sucho min. 150kPa. o składzie

serweta na kończyny z elastycznym, samouszczelniającym się otworem o średnicy min. 6cm oraz workiem z kształtką do zbierania płynów 320x240 cm - 1 szt.,

serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm - 1 szt.,

serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145

(wzmocnienie 60 x 80 cm gramatura min.85 g/m²)- 1 szt.,

osłona na kończynę 37x75 cm -1 szt.,

taśma samoprzylepna 9x50 cm - 2 szt.,

serwetki do rąk 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 59

Pakiet 27 poz. 6.

Czy zamawiający dopuści zestaw z serwet trzynastowarstwowych : folia polietylenowa oraz włóknina polipropylenowa i wiskoza spełniających wymagania pełnej barierowości, zgodnych z normą PE EN 13795 1-3 o gramaturze 73 g/m² na całej powierzchni których pozostałe parametry są zgodne z siwz tj. minimalna odporność na penetrację płynów w obszarach nie wzmocnionych co najmniej 150 cm H₂O w obszarach wzmocnionych powyżej 200 cmH₂O, odporne na rozrywanie na mokro i sucho min. 150kPa. o składzie

serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni stopy 300x240 cm z samouszczelniającym się otworem - 1 szt.

serweta na stolik Mayo składany teleskopowo 145x80cm – 1szt

serweta na stolik narzędziowy .145x190 cm (wzmocnienie min. 75x190 cm gramatura min. 87g/m²) -1szt.

serwetki do rąk z włókniny kompresowej 4 szt.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 60

Pakiet 27 poz. 7

Czy zamawiający dopuści zestaw się z serwet dwuwarstwowych: folia polietylenowa oraz włóknina polipropylenowa spełniających wymagania pełnej barierowości, zgodnych z normą PE EN 13795 1-3 o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni których pozostałe parametry są zgodne z siwz tj. minimalna odporność na penetrację płynów w obszarach nie wzmocnionych co najmniej 150 cm H₂O w obszarach wzmocnionych powyżej 200 cmH₂O, odporne na rozrywanie na mokro i sucho min. 150kPa. o składzie

serweta samoprzylepna min.150x240 cm -1 szt.,

serweta samoprzylepna min.170x180 cm- 1szt.,

serweta samoprzylepna min. 75x90 cm - 2 szt.,

ręcznik z włókniny kompresowej do rąk - 2szt.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 61

Pakiet 27 poz. 7:

Czy zamawiający dopuści zestaw się z serwet dwuwarstwowych: folia polietylenowa oraz włóknina polipropylenowa spełniających wymagania pełnej barierowości, zgodnych z normą PE EN 13795 1-3 o gramaturze 43 g/m² na całej powierzchni których pozostałe parametry są zgodne z siwz tj. minimalna odporność na penetrację płynów w obszarach nie wzmocnionych co najmniej 150 cm H₂O w obszarach wzmocnionych powyżej 200 cmH₂O, odporne na rozrywanie na mokro i sucho min. 150kPa. o składzie

serweta samoprzylepna 180x150 cm -2 szt.,

serweta samoprzylepna 90x75 cm- 2szt.,

serweta owinięcie . 150x90 cm - 1 szt.,

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 62

Pakiet 29 poz.4:

Czy Zamawiający oczekuje serwety jałowej?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje serwety jałowej

Pytanie 63

Pakiet 29 poz. 2,3,4:

Czy Zamawiający w celu zweryfikowania bezpieczeństwa zaoferowanych jałowych zestawów (czy charakteryzują się brakiem cytotoksyczności, nie uczulają oraz nie pylą) Zamawiający oczekuje od oferenta zaświadczenia o biozgodności zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz PN-EN ISO 10993-10:2009?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 64

Pakiet 29 poz. 1-2:

Czy Zamawiający oczekuje aby serweta do wytarcia noworodka wykonana była z włókniny kompresowej? Włóknina nie pyli nie rozpyła się pod wpływem wilgoci w przeciwieństwie do ręczników celulozowych, które nie posiadając takich właściwości stanowią niebezpieczeństwo dla pacjenta podczas wykonywania zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 65

Pakiet 32 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozm. szer.380 mm x dł. 200 mb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 66

Dot. umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza własnej definicji „dnia roboczego”, należy zatem przyjąć, że jest to okres przyjęty ogólnie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Pytanie 67

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 14 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Wykonawca powinien być „zmobilizowany” do należytego wykonania umowy jej zapisami a nie wezwaniem. Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 68

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowa „*opóźnienia*” zostały zastąpione słowami „*zwłoki*”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 69

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy zostało wykreślone zdanie ostatnie?

Opóźnienie w dostawie nie jest tożsame z zerwaniem umowy przez wykonawcę. Skuteczność ostatniego zdania w § 3 ust. 1 lit. a) i b) umowy może być kwestionowana na podstawie art. 58 § 1 lub § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 70

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 lit. c) wzoru umowy słowa „*15% łącznej wartości brutto Produktów, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy*” zostały zastąpione słowami „*15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy*”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części kara umowna mogłaby

okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 71

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostały dodane słowa „o ile powstanie szkody zostało zawinione przez Wykonawcę”?

Podobnie jak w pkt 2 powyżej; nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na zdarzenia niezawinione przez wykonawcę.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 72

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 lit. b) wzoru umowy została dodana fraza o następującej (lub podobnej) treści: „lub w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.”?

Dodanie powyższej frazy nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający odsyła Wykonawcę do zapoznania się z zapisem Art. 140 ust. 1 i 3 oraz Art. 144 ust. 1 i 2 PZP.

Pytanie 73

Pakiet 2, poz. 7-10 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 74

Pakiet 3, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji kodowane kolorystycznie, łącznik typu Luer-lock, regulacja igły w zakresie 5-30/43mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 75

Pakiet 3, poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port dostępu dożylnego całkowicie przezroczysty z możliwością użycia przez 7 dni lub 100 aktywacji, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 76

Pakiet 3, poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port dostępu dożylnego przezroczysty z membraną w kolorze niebieskim możliwością użycia przez 7 dni lub 140 aktywacji, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 77

Pakiet 3, poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści aparat do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym 0,1µm bez zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekami, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 78

Pakiet 3, poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści igłę typu Pencil-Point z otworem bocznym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 79

Pakiet 3, poz. 17-20 - Czy Zamawiający dopuści igłę typu motylek z końcówką luer i igłą o długości 19mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 80

Pakiet 6, poz. 1-8- Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania z dwoma otworami bocznymi, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 81

Pakiet 7, poz. 3 - Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie pojemników histopatologicznych 70 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 82

Pakiet 7, poz. 4-5 - Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie pojemników 150 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 83

Pakiet 7, poz. 9 - Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie wieszaków plastikowych niejałowych bez możliwości sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 84

Pakiet 7, poz. 22 - Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie stazy do pobierania krwi niejałowych bez możliwości sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 85

Pakiet 8, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 400mm z jednym znacznikiem głębokości ok. 20cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 86

Pakiet 8, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 500mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 87

Pakiet 8, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka 8x5,6, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 88

Pakiet 9, poz. 6 - Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie opaski identyfikacyjnej dla dzieci i dorosłych o długości 25cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 89

Pakiet 9, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny dla noworodków z ABS o długości 52mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 90

Pakiet 28, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną o efektywności filtracji ok. 95%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 91

Pakiet 28, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści czepek damski wykonany ze standardowego materiału polipropylenowego przeznaczonego dla personelu sal operacyjnych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 92

Pakiet 28, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty foliowe bez opisu z folii antypoślizgowej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 93

Pakiet 28, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z włókniny z warstwą antypoślizgową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 94

Pakiet 28, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe prześcieradło w rozmiarze 210x130cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 95

Pakiet 28, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny: szerokość 48cm, długość 38cm, długość całkowita 50mb na rolce, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 96

Pakiet 28, poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze w kolorze zielonym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 97

Pakiet 28, poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne w jednym kolorze – ciemno niebieskim, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 98

Pakiet 28, poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne w jednym kolorze – ciemno niebieskim o gramaturze 35g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 99

Pakiet 28, poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 100

Pakiet 37, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 27Gx127mm z igłą prowadzącą 22G, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 101

Pakiet 37, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 27Gx151mm z igłą prowadzącą 22G, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 102

Pakiet 20 Akcesoria do endoskopii

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 4: Wielorazową owalną pętlę do polipektomii średnica korpusu 2,4 mm, kanał $\geq 2,8$ mm długość 2300 mm, **regulowana średnica pętli od 10 do 30 mm** ze zwijanego drutu (licy) o średnicy 0,4 mm - 0,48 mm, opakowanie 1 komplet: 2 pętle, 2 osłonki teflonowe, 1 rączka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 103

Pakiet 27. Obecny opis obłożeń w pakiecie 27 dopuszcza wyłącznie firmę Paul Hartmann co ogranicza konkurencyjność postępowania do zera a tym samym może spowodować uzyskanie dużo wyższych cen przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 104

Pakiet 27 Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych o serwecie na stół Mayo 80x142 cm, wymiar wzmocnienia 55x88 cm z bezpieczniejszym i wygodniejszym niż teleskopowy sposobie składania serwety na stół Mayo, który gwarantuje bezpieczny, stopniowy i aseptyczny sposób aplikacji na stół MAYO bez ryzyka jej zbrudzenia? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 105

Pakiet 27 Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych bez wzmocnień, jednakże z obszarem krytycznym na całej powierzchni, o serwecie na stół Mayo 80x142 cm, wymiar wzmocnienia 55x88 cm z bezpieczniejszym i wygodniejszym niż teleskopowy sposobie składania serwety na stół Mayo, który gwarantuje bezpieczny, stopniowy i aseptyczny sposób aplikacji na stół MAYO bez ryzyka jej zbrudzenia oraz zamiast taśmy samoprzylepnej min. 10x50 cm proponujemy 1 x taśma typu rzep min. 2-3 cm x 13-23 cm, która pozwala na szybkie i bezpieczne przepinanie kabli i przewodów między rzepami w zależności od chwilowych konieczności i potrzeb w czasie zabiegu a konstrukcja rzepu pozwala na łatwe otworzenie rzepu w rękawiczkach? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 106

Pakiet 27 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez wzmocnień, jednakże z obszarem krytycznym na całej powierzchni o następującym składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią

chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką

usztyniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne 52x67cm wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 43x57 cm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 107

Pakiet 27 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu ginekologicznego składającego się z serwety głównej w wymiarze 220x300x279 cm, z trapezoidalnym, przylepnym otworem 15x11x18 cm, ze zintegrowanymi nogawicami, z torbą na płyny z filtrem i portami do ssaka, dwóch ręczników chłonnych 20x30 cm oraz zamiast taśmy samoprzylepnej min. 10x50 cm proponujemy taśmę typu rzep min. 2-3 cm x 13-23 cm, która pozwala na szybkie i bezpieczne przepinanie kabli i przewodów między rzepami w zależności od chwilowych konieczności i potrzeb w czasie zabiegu a konstrukcja rzepu pozwala na łatwe otworzenie rzepu w rękawiczkach? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 108

Pakiet 27 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii kolana bez wzmocnień, jednakże z obszarem krytycznym na całej powierzchni, składającego się z serwety głównej z samouszczelniającym się otworem Ø 6cm, serweta na stół Mayo min. 77x142 cm z bezpieczniejszym i wygodniejszym niż teleskopowy sposobie składania serwety na stół Mayo, który gwarantuje bezpieczny, stopniowy i aseptyczny sposób aplikacji na stół MAYO bez ryzyka jej zbrudzenia, dodatkowo sterylna osłona na przewody w postaci rękawa o wymiarach 13x235 cm wykonana z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej, złożona teleskopowo pakowana osobno oraz zamiast dwóch taśm samoprzylepnych min. 10x50 cm proponujemy 2 x taśma typu rzep min. 2-3 cm x 13-23 cm, która pozwala na szybkie i bezpieczne przepinanie kabli i przewodów między rzepami w zależności od chwilowych

konieczności i potrzeb w czasie zabiegu a konstrukcja rzepu pozwala na łatwe otworzenie rzepu w rękawiczkach pakowane osobno?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 109

Pakiet 27 Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez wzmocnień, jednakże z obszarem krytycznym na całej powierzchni, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 110

PAKIET NR 27, Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana spełniającego wymagania SIWZ, jednakże, który zawiera w swoim składzie nie 2, a 3 taśmy samoprzylepne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 111

PAKIET NR 27, Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoni-stopy spełniającego wymagania SIWZ, jednakże w którym serweta na stolik narzędziowy ma rozmiar 140 x 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 112

PAKIET NR 30, Poz. nr 1 i 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów spełniających wymagania SIWZ, jednakże których opakowaniem nie jest twardy blister min. 2 komory lecz każdy z tych zestawów owinięty jest w serwetę na stolik narzędziowy a całość zapakowana jest w worek?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 113

PROJEKT UMOWY, § 3, ust. 1 a- d- wnosimy o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kar umownych, które w aktualnym brzmieniu stanowią kary rażąco wygórowane.

- § 3, ust. 1 a do kwoty 0,2%,
- § 3, ust. 1 b do kwoty 0,2 %
- § 3, ust. 1 c-d do kwoty 10 % niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 114

Pakiet 19. Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 i 3 pakietu 19 dopuści złożenie oferty na sfinkterotomy o średnicy proksymalnej 2,5 mm i dystalnej 2,0 mm.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 115

Pakiet 19. Czy Zamawiający w pozycji 5 pakietu 19 dopuści złożenie oferty na Prowadnik o długości 450 cm, pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 116

Pakiet 19. Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 pakietu 19 dopuści złożenie oferty na Koszyki ekstrakcyjne multifilamentowe, średnica cewnika 1,9 mm.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 117

Pakiet 19. Czy Zamawiający w pozycji 9 pakietu 19 dopuści złożenie oferty na cewnik wielorazowy z 2 znacznikami czarnymi, pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 118

Pakiet 19. Czy Zamawiający w pozycji 25 pakietu 19 dopuści złożenie oferty na protezy PTFE 10Fr/12 cm.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 119

Pakiet 19. Czy Zamawiający w Pakiecie 19 skoryguje wymóg zaoferowania urządzeń autoklawowalnych pomijając te, które z założenia nie podlegają takiemu procesowi jak na przykład protezy-stenty żółciowe, pułapki na polipy.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 120

Pakiet 4

Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przełożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ np.: elastyczności skrzydełek , typu opakowania.

Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 121

Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty badań klinicznych potwierdzających biokompatybilność materiałów. Biokompatybilność potwierdza się w trybie badań laboratoryjnych, zgodnie z wytycznymi standardu ISO 10993 (Biological evaluation of medical devices – ocena biologiczna wyrobów medycznych).

Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych z portem bocznym 0,8 x 25 mm o przepływie 31 ml/min. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych z portem bocznym 1,0 x 32 mm o przepływie 54 ml/min. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych z portem bocznym 1,2 x 32 mm o przepływie 80 ml/min. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych z portem bocznym 1,4 x 45 mm o przepływie 125 ml/min. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych z portem bocznym 1,7 x 45 mm o przepływie 180 ml/min. Pozostałe parametry SIWZ

Odpowiedź: Część opisowa - Postępować zgodnie ze SIWZ. Poz. od 1 do 5 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122

Pakiet 6 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi. Cewniki posiadające dwa naprzeciwległe otwory boczne pozwalają na właściwe odsysanie a jednocześnie eliminują możliwość zablokowania cewnika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 123

Pakiet 8 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 124

Pakiet 8 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zgłębników żołądkowych z zatyczką w rozmiarze CH12-CH22, rozmiar CH24 oraz CH26 bez zatyczki. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 125

Pakiet 8 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgłębnik ma posiadać długość 100 cm?

Odpowiedź: Zgłębnik ma posiadać długość min. 800 mm

Pytanie 126

Pakiet 8 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie :Elektroda do czasowej stymulacji serca 5F, rozstaw elektrod 5mm, prosta lub „J”, o długości użytkowej 110cm, - pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 127

Pakiet 9. Poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klinicznie równoważnego rozwiązania w postaci zestawu do godzinowej zbiórki moczu z zastawką antyrefluksyjną w worku i łączniku drenu

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 128

Pakiet 9. Poz 3

Czy w celu maksymalnej minimalizacji ryzyka wstępujących zakażeń układu moczowego zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu z drenu do cewnika foley?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 129

Pakiet 9. Poz 3

Prosimy o wyjaśnienie czy dren ma być dwuświatłowy, który dzięki swej budowie minimalizuje zastój moczu i zapewnia jego swobodny odpływ, zmniejszając tym samym ryzyko wstępujących zakażeń układu moczowego?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 130

Pakiet 9. Poz 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków na mocz dla dzieci pakowanych w rękaw foliowy , pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 131

Pakiet 9. Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Opaski do identyfikacji o dł. 25 cm

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 132

Pakiet 11. Poz 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego filtra mechanicznego z lepszą od wymaganej skutecznością filtracji : przeciwbakteryjną 99,99999 % , p/wirusową: 99,9999 %, przestrzeń martwa 80 ml, reszta parametrów jak w SIWZ

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 133

Pakiet 11. Poz 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klinicznie równoważnego rozwiązania: sterylny filtr o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 %, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 81 ml, opory przepływu 2,0 cm H₂O przy 60 l/min (1,1 cm H₂O przy 30 l/min), z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1485 cm², nawilżaniu 31,1 mg H₂O przy VT=500 ml, skuteczność termiczna 33,8 stopni C przy VT 500 ml, utrata wilgotności 5,9 mg H₂O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, o powierzchni 630 cm², objętość oddechowa V_t 300-1200 ml, waga 53 g, ze złączem prostym, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 134

Pakiet 11. Poz 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z lepszą od wymaganej skutecznością filtracji: przeciwbakteryjną 99,9999 % , p/wirusową: 99,999 %, reszta parametrów jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 135

Pakiet 11. Poz 4-5 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 4 i 5 do osobnego pakietu. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 136

Pakiet 11. Poz.4-5 Prosimy o dopuszczenie masek ze standardowym drenem do podawania tlenu, w dwóch uniwersalnych rozmiarach, pozostałe parametry jak w siwz.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 137

Pakiet 11. Poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora z ustnikiem z korzystniejszym dla pacjenta kątem działania od 0-90 stopni, co umożliwia jego stosowanie w pozycji siedzącej i leżącej z otworem standardowym.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 138

Pakiet 11. Poz 8 – Prosimy o dopuszczenie niezalążającego drenu o przekroju standardowym

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 139

Pakiet 11. Poz 9 – Zamawiający w specyfikacji produktu wymaga zaoferowania masek krtaniowych bez ftalanów (bez DEHP) - Ministerstwo Zdrowia w raporcie z 2011r zajęło stanowisko w sprawie stosowania PCV (zawierające DEHP) w produkcji wyrobów medycznych, określa obszary w których stosowanie PCV w wyrobach medycznych mogłoby mieć negatywny wpływ na pacjentów:

- Wyroby medyczne pozostające w kontakcie z krwią
- Wyroby medyczne pozostające w kontakcie z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylniej)

Rurki intubacyjne nie są produktami stosowanymi metodą inwazyjną - nie pozostają w kontakcie z krwią ani płynami przeznaczonymi do iniekcji dożylniej.

Należy zwrócić uwagę, iż w Państwa Placówce w codziennej praktyce używa się wiele produktów medycznych z PCV które zawierają ftalany (także w procedurach inwazyjnych).

W podsumowaniu raportu z 2011r Ministerstwo Zdrowia stwierdza: „.....Wyroby medyczne zawierające PCV, nie powinny być obecnie wycofywane z rynku wyrobów medycznych.

Nie wydaje się także, by – wobec umiarkowanego poziomu ryzyka stosowania tych wyrobów – istniały przesłanki do ograniczania stosowania takich wyrobów.....”

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o anulowanie wymogu braku ftalanów (DEHP) i dopuszczenie rurki intubacyjnej z PVC z zawartością ftalanów DEHP.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 140

Pakiet 11. Poz 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o kącie maksymalnie 95 stopni

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 141

Pakiet 11. Poz 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej w rozmiarach 7-11

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 142

Pakiet 11. Poz 12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego i klinicznie równoważnego rozwiązania: sterylna maska krtaniowa z pompowanym mankietem powietrznym jednorazowego użytku, z PCV, bez lateksu, bez uźebrowania, przyjmująca wygięcie zgodne z budową anatomiczną gardła, z całkowicie przezroczystym mankietem i rurką oddechową, tworzącymi jedną całość wzmocnioną stabilizatorem uszczelnienia co stanowi zabezpieczenie przed wkliniowaniem nagłośni, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu, nie podwijającą się podczas zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Znacznik pozycjonowania, czarna linia ułatwiająca prawidłowe ułożenie maski. Dren do napełniania mankietu wchodzący do mankietu pod kątem 90 stopni, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni zakończony standardowym balonikiem kontrolnym z zastawką, co sprzyja utrzymaniu go z dala od ust i twarzy pacjenta. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i oznaczony na baloniku kontrolnym, dostępna w rozmiarach i zakresach wagowych: rozmiar 1 (<5 kg) ; rozmiar 1,5 (5-10kg) ; rozmiar 2 (10- 20kg); rozmiar 2,5 (20-30kg); rozmiar 3 (30-50kg); rozmiar 4 (50-70kg) i rozmiar 5 (>70kg), o średnicach wewnętrznych rurki oddechowej maski krtaniowej określonych w karcie katalogowej co pozwala na dobór i wprowadzenie odpowiedniego rozmiaru standardowej rurki intubacyjnej.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 143

Pakiet 11, poz. 12. Jednocześnie Zamawiający w specyfikacji produktu wymaga zaoferowania masek krtaniowych bez ftalanów (bez DEHP) - Ministerstwo Zdrowia w raporcie z 2011r zajęło stanowisko w sprawie stosowania PCV (zawierające DEHP) w produkcji wyrobów medycznych, określa obszary w których stosowanie PCV w wyrobach medycznych mogłoby mieć negatywny wpływ na pacjentów:

- Wyroby medyczne pozostające w kontakcie z krwią
 - Wyroby medyczne pozostające w kontakcie z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylniej)
- Maski krtaniowe nie są produktami stosowanymi metodą inwazyjną - nie pozostają w kontakcie z krwią ani płynami przeznaczonymi do iniekcji dożylniej.

Należy zwrócić uwagę, iż w Państwa Placówce w codziennej praktyce używa się wiele produktów medycznych z PCV które zawierają ftalany (także w procedurach inwazyjnych).

W podsumowaniu raportu z 2011r Ministerstwo Zdrowia stwierdza: „.....Wyroby medyczne zawierające PCV, nie powinny być obecnie wycofywane z rynku wyrobów medycznych.

Nie wydaje się także, by – wobec umiarkowanego poziomu ryzyka stosowania tych wyrobów – istniały przesłanki do ograniczania stosowania takich wyrobów.....”

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o anulowanie wymogu braku ftalanów (DEHP) i dopuszczenie maski krtaniowej z PVC z zawartością ftalanów DEHP.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 144

Pakiet 11, Poz.16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków luer lock pakowanych

indywidualnie na blistrze zawierającym 4 szt.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 145

Pakiet 14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klinicznie równoważnego rozwiązania: maski krtaniowej LMA Supreme z kanałem żołądkowym, z mankietem powietrznym, wykonanej z PVC . Pragniemy jednocześnie nadmienić, iż maska krtaniowa LMA Supreme jest maską krtaniową najnowszej drugiej generacji. Dzięki obecności powietrznego mankieta posiada podwójne uszczelnienie – tzw. First Seal (Pierwsze Uszczelnienie, które w mierzone w ustnej części gardła daje ciśnienie uszczelnienia do 37 cm H₂O oraz tzw. Second Seal (Drugie uszczelnienie w obrębie górnego zwieracza przełyku). Obydwa innowacyjne, niezwykle skuteczne i bezpieczne powietrzne uszczelnienia zapewniają skuteczną wentylację oraz maksymalnie zmniejszają ryzyko regurgitacji i aspiracji.
Reszta parametrów jak w SIWZ.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 146

Pakiet 27 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obłożenia posiadającego serwetę na stolik Mayo składaną w sposób warstwowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 147

Pakiet 27 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych posiadający dodatkowo w swoim składzie?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 148

Pakiet 27 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obłożenia posiadającego serwetę na stolik Mayo składaną w sposób warstwowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 149

Pakiet 27 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych posiadający dodatkowo w swoim składzie?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 150

Pakiet 27 poz.3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego posiadającego serwetę z torbą na płyny oraz oknem 18x28cm, serwetę na stół narzędziowy 140cm x 190cm, dodatkowo w swoim składzie posiada: taśmę samoprzylepną 9cm x 50cm, serwetę na stół Mayo 80cm x 140cm. Zestaw nie posiada wzmocnień, jednakże główna serweta posiada torbę zbiórki płynów z zaworkami i pozwala na przechwytywanie wszystkich płynów?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 151

Pakiet 27 poz.4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu ginekologicznego posiadającego taśmę samoprzylepną o wymiarze 9x 50cm oraz 2 sztuki ręczników. Zestaw nie posiada wzmocnień, jednakże główna serweta posiada torbę zbiórki płynów z zaworkami i pozwala na przechwytywanie wszystkich płynów?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 152

Pakiet 27 poz.5

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana posiadającego serwetę na stół Mayo składaną w sposób warstwowy, brak wzmocnienia oraz osłony na kamerę, główna serweta posiada dwa otwory $\varnothing 7\text{cm}$ i $\varnothing 5\text{cm}$, osłona na kończynę jest 25x 80cm, taśmy samoprzylepne 9x 50cm?

Zestaw posiada w swoim składzie dodatkowo serwetę pod kończynę 150 x 150cm oraz 2 ręczniki 30x40cm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 153

Pakiet 27 poz.6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do operacji dłoni-stopy posiadającym swoim składzie dodatkowo serwetę na stół Mayo 80 x 145cm oraz 2 ręczniki 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 154

Pakiet 27 poz.7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 7 z pakietu i utworzenie odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 155

Pakiet 28

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1-7, 19, 12 oraz 15 i utworzenie odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 156

Pakiet 28 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha ochronnego z włókniny o gramaturze 24g/m2?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 157

dotyczy § 1 ust.14 wzoru umowy

Wnosimy o uzależnienie zastosowania sankcji w postaci odstąpienia od umowy od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 158

dotyczy §3 ust. 1c) wzoru umowy

Naliczanie tak wysokich kar umownych od wartości całości umowy wypełnia w pełni przesłankę określoną w art.484 § 2 k.c.(jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana). Prosimy o zmianę **§3 ust. 1c)** wzoru umowy na następujący :

c) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności: zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Produktów lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem punktów a) i b) niniejszego ust., jak również odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z zapisów umownych z podwykonawcą, w przypadku i zakresie, o którym mowa w ustawie PZP, w części dotyczącej podwykonawstwa - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości **5 %** łącznej wartości brutto **niezrealizowanych** Produktów, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy.

Uzasadnienie:

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny **kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny** a interes Zamawiającego jest w pełni zabezpieczony biorąc pod uwagę zapisy wzoru umowy - zgodnie z którymi Zamawiający zastrzega sobie **prawo do odszkodowania uzupełniającego i wykonawstwa zastępczego.**

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 159

Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówień do 4 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 160

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania produktów, które w momencie dostawy będą miały przynajmniej 2/3 terminu ważności oferowanego przez producenta.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 161

Prosimy Zamawiającego o ujednoczenie kar umownych określonych w §3 ust. 1 pkt a) i b) wzoru umowy do wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki. Kary w wysokości określonej przez Zamawiającego są rażąco wysokie. Należy nadmienić, że wykonawca dołoży wszelkich starań aby dostawy realizowane były terminowo.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 162

Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kar w umownych określonych w §3 ust. 1 pkt c i d na 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 163

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 164

Prosimy Zamawiającego o dodanie do par. 1 ust. 21. Wykonawca wraz z dostarczonymi

produktami zobowiązuje się dostarczyć ulotki w języku polskim przy pierwszej dostawie.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 165

pakiet 14. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 13 nadkrtniowej maski jednorazowego użytku, bezlateksowa wyposażona w : bezciśnieniowy, termoplastyczny nienadmuchiwany i anatomicznie wyprofilowany mankiet o kształcie eliptycznym, maska spłaszczona w przekroju poprzecznym, wyraźnie wyczuwalny bloker zgryzu, blokada nadgłośni, kanał żołądkowy, niezbędne informacje umieszczone na produkcie tj. rozmiar, zakres wagowy, wskaźnik ułożenia siekaczy, rozmiar 1 (bez kanału żołądkowego) ,2,3,4,5

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 166

Pakiet 12 Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści końcówki donosowe firmy Intersurgical w 4 różnych rozmiarach od XS do L, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 167

Pakiet 12 Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści czapeczki jednorazowe Intersurgical dostępne aż w 12 rozmiarach, wykonane z bawełny i spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 168

Pakiet 7 poz.6

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a'75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 169

Pakiet 7 poz. 29.

Czy Zamawiający dopuści szynę Kramera o wymiarach 500x80 lub 500 x 60 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szynę Kramera o wymiarach 500 x 80

Pytanie 170

Pakiet 33 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności użytkowej od 0,5 do 0,8 reszta parametrów bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 171

Pakiet 35 poz. od 3 do 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie drenu brzuszego wykonanego z miękkiego PCV reszta parametrów bez zmian ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 172

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 26

Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralną jednorazową, dwudzielną, owalną, hydrożelowa, o rozmiarach 164x117mm, 108cm², z pierścieniem bezpieczeństwa umożliwiającym niekierunkową aplikację, z etykietami wklejanymi do protokołu operacyjnego, kompatybilna z kablem do aparatu elektrochirurgicznego ES350 Argon Emed ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 173

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 3 do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 174

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone Produkty w okresie równym terminowi ważności Produktów, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem do pierwszego użycia dla produktów jednorazowego użytku”

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 175

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„W razie stwierdzenia, że dostarczone Produkty mają wady, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną przez Wykonawcę lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności

reklamacji złożonej przez Zamawiającego”

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 176

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 21

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia ulotek w języku polskim oferowanego sprzętu medycznego? Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z ofertą przetargową materiałów informacyjnych / katalogów oferowanego sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 177

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1 % na 0,5%?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 178

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% na 1%?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 179

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 15% na 5%?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 180

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 za dostarczony towar). Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 181

Dotyczy zapisów umowy § 4

Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej

14 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 182

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: Zamawiający jest spółką akcyjną, co oznacza, że jest spółką prawa handlowego. Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja

Pytanie 183

Dotyczy Załącznika nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pakiet 20

Czy Zamawiający w pakiecie 20, poz. 1 pozwoli zaoferować szczypce biopsyjne o średnicy przewodu prowadzącego 2,3 mm i rozwarciu kleszczy ok. 7 mm i długości 230cm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów technicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 184

Dotyczy Załącznika nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pakiet 20

Czy Zamawiający w pakiecie 20, poz. 2 pozwoli zaoferować szczypce biopsyjne o średnicy przewodu prowadzącego 2,3mm i rozwarciu kleszczy ok. 7mm i długości 160cm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów technicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 185

Dotyczy Załącznika nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pakiet 20

Czy Zamawiający w pakiecie 20, poz. 3 pozwoli zaoferować pętlę do polipektomii o średnicy korpusu 2,3mm o średnicy plecionego drutu ok. 0,41mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 186

Dotyczy Załącznika nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pakiet 20

Czy Zamawiający w pakiecie 20, poz. 4 pozwoli zaoferować pętlę do polipektomii asymetryczną o średnicy korpusu 2,3mm, średnica pętli 15mm o średnicy plecionego drutu ok. 0,41mm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 187

Dotyczy Załącznika nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pakiet 20

Czy Zamawiający w pakiecie 20, poz. 3 oraz 4 pozwoli zaoferować po 10 pętli wraz z rączkami w każdej z pozycji, co będzie odpowiadać ilości pętli w SIWZ po przeliczeniu?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 188

Dotyczy Załącznika nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pakiet 20

Czy Zamawiający w pakiecie 20, poz. 5 pozwoli zaoferować jednorazową pętlę do polipektomii owalną o średnicy korpusu 2,3mm, średnica pętli 15mm o średnicy plecionego drutu ok. 0,41mm, bez skalowanej rękojeści, ale z funkcją płynnej rotacji przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 189

Dotyczy Załącznika nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pakiet 20

Czy Zamawiający w pakiecie 20, poz. 6 pozwoli zaoferować jednorazową pętlę do polipektomii owalną o średnicy korpusu 2,3mm, o średnicy plecionego drutu ok. 0,41mm, bez skalowanej rękojeści, ale z funkcją płynnej rotacji przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 190

Dotyczy Załącznika nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pakiet 20

Czy Zamawiający w pakiecie 20, poz. 7 pozwoli zaoferować jednorazową igłę do ostrzykiwań o długości igły 5mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów technicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 191

Dotyczy Załącznika nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pakiet 20

Czy Zamawiający w pakiecie 20, poz. 8 oraz 9 pozwoli zaoferować jednorazowe szczotki czyszczące o długościach odpowiednio: 160cm oraz 230cm przy średnicy cewnika prowadzącego 1,9mm i średnicy główki 5mm, dwa kolory cewnika dla łatwego rozróżniania długości szczotek, z dwóch stron szczotka zakończona kulkami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 192

Pakiet 25. Koce jednorazowego użytku kompatybilny z urządzeniem ogrzewającym Mistral Air Plus

Prosimy o dopuszczenie podanych wymiarów koców do urządzenia Mistral-Air:

- Koc dla dorosłych na górną część ciała wym. 201x76 cm

- Koc dla dorosłych na całe ciało z dostępem operacyjnym wym. 220x127 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza