

OGŁOSZENIE
Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 09/PN/2014

Z dnia: **29-04-2014**

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.1 fartucha z włókniny o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.5 czepka z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.6 czepka z trokami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.9 podkładu o wymiarowaniu 80x90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.10 serwety o wymiarowaniu 50x60cm lub 75x90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną o wymiarach 75x90, pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.13 podkładu z perforacją co 37cm lub co 74cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza perforację co 74 cm

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.14 pokrowca w kolorze białym lub zielonym lub niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrowiec w kolorze zielonym lub niebieskim

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.19 kompletu pościeli o następującym składzie:

- poszewka 70x80cm – 1szt,
- poszwa 150x200cm – 1szt,
- prześcieradło 150x210cm – 1szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.19 kompletu pościeli o następującym składzie:

- poszewka 70x80cm – 1szt,
- poszwa 160x200cm – 1szt,
- prześcieradło 160x210cm – 1szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 3 do osobnego zadania poz.20 i 21 jako osłon jałowych sprzętu medycznego, co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.23 myjki w rozmiarze 15x23cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Dot. Pakiet nr 3

Poz.9

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 90cm x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Dot. Pakiet nr 3

Poz.9

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 80cm x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

Dot. Pakiet nr 3

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 160cm x 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15

Dot. Pakiet nr 3

Poz. 16

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 16 z pakietu 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu w celu zaoferowania bardziej konkurencyjnej ceny.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 16

Dot. Pakiet nr 3

Poz. 17

Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze niebieskim w rozmiarach S-XL ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ubranie w kolorze niebieskim, w rozmiarze S-XL, pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ

Pytanie 17

Dot. Pakiet nr 3

Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze niebieskim w rozmiarach S-XL ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ubranie w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ

Pytanie 18

Dot. Pakiet nr 3

Poz. 21

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 14cm x 250 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

Dot. Pakiet nr 3

Poz. 22

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza