



**SZPITALE  
TCZEWSKIE SA**

## OGŁOSZENIE

### Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 03/PN/2015

Z dnia: 23-01-2015

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

#### **Pytanie 1**

##### **dot. SIWZ IV. Termin wykonania zamówienia, Pakiet 2**

W związku w wydłużonym terminem produkcji, charakterystycznym dla wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o nieznaczne wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla pakietu 2 tj. do 56 dni od dnia zawarcia umowy.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 2**

##### **dot. załącznik nr 4 do SIWZ**

##### **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

##### **Pakiet nr 2**

##### **dot. pkt 82**

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z możliwości wstawienia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni.

Uwzględnienie takiej możliwości powoduje, iż Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty zakupu i utrzymania winien uwzględnić w cenie.

Rezygnacja z powyższego pozwoli na przedstawić zdecydowanie korzystniejszej pod względem finansowym oferty.

alternatywnie:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

*„Możliwość wstawienia sprzętu zastępczego o takiej samej funkcjonalności w przypadku naprawy trwającej dłużej niż pięć dni”.*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 3**

##### **dot. załącznik nr 4 do SIWZ**

##### **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

##### **Pakiet nr 2**

##### **dot. pkt 83**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

„Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; max trzy naprawy tego samego elementu/ podzespołu z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika”.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 4**

**dot. załącznik nr 5 do SIWZ**

dot. § 3, ust, 1 lit. a)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto wskazanej w §2, ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.

dot. § 3, ust, 1 lit. c)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 10% łącznej wartości brutto Wyrobów wskazanej w §2, ust.1 umowy.

Uzasadnienie dot. § 3, ust, 1 lit. a) i c)

Powyższe kary umowne są rażąco wysokie. Zgodnie z art. 483 kc podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższą propozycję Zamawiający musi mieć świadomość tego, iż pozostawienie w pierwotnej postaci zapisów tak wygórowanych i niesymetrycznych kar umownych może spowodować konieczność znaczącego podwyższenia ceny oferty w skutek wkalkulowania do kosztów oferty ryzyk poniesienia ewentualnych wysokich kar umownych spowodowanych czynnikami niezależnymi od Wykonawców.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ.**

#### **Pytanie 5**

**Pakiet 2 – RESPIRATOR - 1 szt.:**

Lp.17 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z manualnym nastawianiem czasu niskiego ciśnienia przy APRV?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.22 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z oddechem spontanicznym wspomaganym ciśnieniem PS?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.23 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z oddechem spontanicznym wspomaganym ciśnieniem PS oraz z unikalną funkcją Intellicycle umożliwiającą automatyczne przełączania z fazy wdechowej na wydechową co pozwala na lepszą synchronizację pacjenta z respiratorem?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.24 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez automatycznej kompensacji oporu rurki intubacyjnej i tracheostomijnej ale z automatyczną kompensacją podatności

układów oddechowych pacjenta oraz automatyczną kompensacją nieszczelności?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością ustawienia PEEP/CPAP od 0 do 45 cmH<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Lp.31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym czasem wdechu przy VCV od 0,2 do 10,0 sekund?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Lp.32 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z czujnikiem galwanicznym tlenu?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.33 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z czułością przepływową w zakresie czułości triggera 0,5 l/min – 15 L/min?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.35 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie 10-85% szczytowego przepływu wdechowego?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.54, 55, 56 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z kolorowym 12 calowym dotykowym ekranem?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.71 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.74 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z krótkimi komunikatami wyświetlanymi na ekranie respiratora informującymi o obsłudze i optymalnych ustawieniach?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**