



**SZPITALE  
TCZEWSKIE SA**

## OGŁOSZENIE

### Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 03/PN/2015

Z dnia: 27-01-2015 (aktualizacja 1)

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

#### **Pytanie 1**

##### **dot. SIWZ IV. Termin wykonania zamówienia, Pakiet 2**

W związku w wydłużonym terminem produkcji, charakterystycznym dla wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o nieznaczne wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla pakietu 2 tj. do 56 dni od dnia zawarcia umowy.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 2**

##### **dot. załącznik nr 4 do SIWZ**

##### **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

##### **Pakiet nr 2**

##### **dot. pkt 82**

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z możliwości wstawienia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni.

Uwzględnienie takiej możliwości powoduje, iż Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty zakupu i utrzymania winien uwzględnić w cenie.

Rezygnacja z powyższego pozwoli na przedstawienie zdecydowanie korzystniejszej pod względem finansowym oferty.

alternatywnie:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

*„Możliwość wstawienia sprzętu zastępczego o takiej samej funkcjonalności w przypadku naprawy trwającej dłużej niż pięć dni”.*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 3**

##### **dot. załącznik nr 4 do SIWZ**

##### **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

##### **Pakiet nr 2**

##### **dot. pkt 83**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

„Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; max trzy naprawy tego samego elementu/ podzespołu z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika”.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 4**

**dot. załącznik nr 5 do SIWZ**

dot. § 3, ust, 1 lit. a)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto wskazanej w §2, ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.

dot. § 3, ust, 1 lit. c)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 10% łącznej wartości brutto Wyrobów wskazanej w §2, ust.1 umowy.

Uzasadnienie dot. § 3, ust, 1 lit. a) i c)

Powyższe kary umowne są rażąco wysokie. Zgodnie z art. 483 kc podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższą propozycję Zamawiający musi mieć świadomość tego, iż pozostawienie w pierwotnej postaci zapisów tak wygórowanych i niesymetrycznych kar umownych może spowodować konieczność znaczącego podwyższenia ceny oferty w skutek wkalkulowania do kosztów oferty ryzyk poniesienia ewentualnych wysokich kar umownych spowodowanych czynnikami niezależnymi od Wykonawców.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ.**

#### **Pytanie 5**

**Pakiet 2 – RESPIRATOR - 1 szt.:**

Lp.17 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z manualnym nastawianiem czasu niskiego ciśnienia przy APRV?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.22 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z oddechem spontanicznym wspomaganym ciśnieniem PS?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.23 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z oddechem spontanicznym wspomaganym ciśnieniem PS oraz z unikalną funkcją Intellicycle umożliwiającą automatyczne przełączania z fazy wdechowej na wydechową co pozwala na lepszą synchronizację pacjenta z respiratorem?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.24 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez automatycznej kompensacji oporu rurki intubacyjnej i tracheostomijnej ale z automatyczną kompensacją podatności

układów oddechowych pacjenta oraz automatyczną kompensacją nieszczelności?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością ustawienia PEEP/CPAP od 0 do 45 cmH<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Lp.31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym czasem wdechu przy VCV od 0,2 do 10,0 sekund?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Lp.32 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z czujnikiem galwanicznym tlenu?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.33 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z czułością przepływową w zakresie czułości triggera 0,5 l/min – 15 L/min?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.35 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie 10-85% szczytowego przepływu wdechowego?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.54, 55, 56 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z kolorowym 12 calowym dotykowym ekranem?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.71 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

Lp.74 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z krótkimi komunikatami wyświetlanymi na ekranie respiratora informującymi o obsłudze i optymalnych ustawieniach?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie *wózka medycznego wielofunkcyjnego – 1szt (Pakiet nr 1, poz.2)* z pakietu nr 1 i utworzy dla tych pozycji odrębny pakiet? Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert, co korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów zakupu wózka przez Zamawiającego. Poza tym Zamawiający będzie miał możliwość wyboru wózka spośród znacznie większego katalogu, co z kolei umożliwi wybór najlepszego rozwiązania.

## **Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 7**

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: dostawa wózka medycznego wielofunkcyjnego – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek medyczny wielofunkcyjny o następujących parametrach:

- Konstrukcja wózka, ściany boczne i tylna wykonane z anodyzowanego aluminium gwarantującego lekkość, trwałość oraz nierdzewność wózka;

- **Blat, podstawa oraz szuflady (jednolite bez elementów łączenia) wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Baydur® - odporne na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV oraz łatwego w czyszczeniu; blat podniesiony z 4 stron; podstawa profilowana**

- Koła łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, niezostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym – **3 koła z blokadą, 1 antystatyczne. Koła przeciwpływe o średnicy 125mm; obciążenie przypadające na jedno koło: 80kg; Koła bez widocznej osi toczenia**

- Możliwość dowolnej aranżacji szuflad

- **Szuflady wyjmowane bez użycia narzędzi**

- Wózek wyposażony w **listwę odbojową** zlokalizowaną wokół podstawy;

- Fronty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa HPL z możliwością wyboru kolorystyki spośród 4 kolorów lub z aluminium z kolorowymi miejscami na etykiety identyfikujące zawartość szuflady;

- Szuflady wyposażone w aluminiowe uchwyty do otwierania z możliwością umieszczenia napisu identyfikującego zawartość szuflady;

- Szuflady w pełni otwierane (100%) zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem w trakcie przetaczania; łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia; ładowność ~8-10kg

- Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne

- Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone uszczelkami aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób zostać wyciągnięte aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka;

- Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę;

- Wymiary wózka – **635x645x1045mm [długość x głębokość x wysokość]**

- Wyposażenie wózka:

5 szuflad: 1x210mm + 2x157mm + 2x105mm

Podział wewnętrzny szuflad

Uchwyt do przetaczania ze stali nierdzewnej

Wysuwany dodatkowy blat do pisania wykonany z materiału HPL

Tworzywowy kosz na odpady o poj. 8l

Wieszak na płyny infuzyjne

Uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty

Nadstawka z 8 pojemnikami nad blatem



(zdjęcie poglądowe)

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 8**

**Pkt. 5** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko wydajną turbiną dzięki której respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła powietrza? Takie rozwiązanie pozwala Zamawiającemu na wykorzystanie respiratora na różnych oddziałach szpitalnych oraz w transporcie wewnątrzszpitalnym dzięki możliwości pobierania powietrza z otoczenia.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 9**

**Pkt. 6** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający zintegrowany ekran z modułem wentylującym, co zapewnia możliwość przemieszczenia się urządzenia wewnątrz szpitala wraz z pacjentem i podglądu parametrów wentylacji?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 10**

**Pkt. 17** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator w którym czas niskiego ciśnienia w trybach / DuoPAP, APRV;BILEVEL;BIPAP/ wynosi od 0,2 do 10 sekund i jest ustawiany manualnie?? Taka zakres ciśnienia jest w zupełności wystarczający do bezpiecznej wentylacji pacjentów.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 11**

**pkt. 18** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający wentylację nieinwazyjną w następujących trybach wentylacji: CPAP, PCV, P-AC, PC SIMV, PSV, belevel, APRV? Powyższe tryby są wystarczające do bezpiecznej wentylacji nieinwazyjnej pacjentów.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 12**

**Pkt. 22,23-** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nieposiadający trybu VS oraz PAV,PPS lub Intellivent ASV natomiast posiadający tryb Dual Vent umożliwiający wentylację pacjenta w zależności od wysiłku oddechowego pacjenta w sposób spontaniczny lub gdy pacjent nie oddycha lub oddycha w sposób niewystarczający i powinien być wentylowany w sposób sterowny czasowo.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 13**

**Pkt. 28-** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający wdechowe PCV w zakresie do 80 cmH20? Taki zakres ciśnienia jest w zupełności wystarczający do poprawnej wentylacji pacjenta.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 14**

**Pkt. 29-** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający ciśnienie wspomaganie PSV w zakresie do 80 cmH20? Taki zakres ciśnienia jest w zupełności wystarczający do poprawnej wentylacji pacjenta.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 15**

**Pkt. 30-** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający zakres PEEP 0-40 cmH20 oraz CPAP 4-30 cmH20? Taki zakres ciśnienia jest w zupełności wystarczający do poprawnej wentylacji pacjenta.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 16**

**Pkt. 32-** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny, który posiada pomiar O<sub>2</sub> za pomocą wymiennego, łatwo wymienialnego chemicznego czujnika tlenu?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 17**

**Pkt. 38** - Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar częstości oddechów całkowitych w ciągu ostatnich 60 s w zamian za pomiar oddechów wymuszonych? Takie rozwiązanie jest równoważne do parametru wymaganego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 18**

**Pkt. 41** - Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar przepływu przecieku w zamian za wartość wentylacji minutowej przecieku? Takie rozwiązanie jest równoważne do parametru wymaganego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 19**

**Pkt. 47** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nie posiadający możliwości pomiaru ciśnienia na poziomie tchawicy

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 20**

**Pkt. 54, 55, 56** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej 13,3"? Taka przekątna oraz ekran wysokiej rozdzielczości pozwolą personelowi w dokładny oraz czytelny sposób zobrazować stan zdrowotny pacjenta. Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 21**

**Pkt. 62** - Czy Zamawiający zaakceptuje alarm wysokiej/niskiej całkowitej objętości wydechowej minutowej w zamian za alarm wysokiej/niskiej całkowitej objętości minutowej? Najdokładniejsze pomiary oraz analiza stanu Zdrowia pacjenta są dokonywane podczas wydechu

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 22**

**Pkt. 69-** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nie posiadający możliwości wprowadzenia do pamięci respiratora wybranego sposobu nawilżania? W respiratorze proponowanym przez naszą firmę nawilżanie odbywa się poprzez niezależne urządzenie co w przypadku awarii jest dużo bardziej funkcjonalne dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 23**

**Pkt. 71** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nieposiadający funkcji manewru rekrutacji pęcherzyków?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 24**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt 13**

Czy zamawiający wymaga aby respirator posiadał równolegle obok trybu wentylacji ciśnieniowej dwupoziomowej typu (Bi-Level, BiPAP, DuoPAP) również wersję z trybem typu

BiLevel-VG - trybem wentylacji na dwóch poziomach ciśnień z gwarancją objętości, który to system gwarancji objętości automatycznie dobiera najniższy możliwy poziom ciśnienia zapewniający podanie zadanej objętości oddechowej w systemie BiLevel?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 25**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt. 18**

Czy Zamawiający uzna jako odpowiednik unikalną funkcję określenia minimalnej ilości oddechów w wentylacji NIV – nieinwazyjnej wentylacji przez maskę wymaganej przez Zamawiającego oraz w wentylacji CPAP. Określenie minimalnej ilości oddechów pozwala na automatyczne przechodzenie z wentylacji spontanicznej do wentylacji kontrolowanej przy przekroczeniu ustawionej przez użytkownika minimalnej ilości oddechów wymaganych. Oczywiście ta funkcja działa również w drugą stronę, pacjent może zacząć oddychać spontanicznie i automatyczne oddechy kontrolowane przestaną być dostarczane. Respirator ma także możliwość prowadzenia wentylacji prowadzonej przez maskę twarzową z kompensacją przecieków oraz wyłączeniem alarmu przecieku w układzie od 10 do 90 %?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 26**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt.22**

Czy Zamawiający dopuszcza respirator bez oddechu spontanicznego wspomaganego objętością VS gdyż dotychczasowy opis SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, a taki opis przedmiotu zamówienia narusza art. 29 ust. 2 i 3 ustawy w związku z art. 7 ust. 1 ustawy, ale w zamian dopuści z dodatkową unikalną funkcją do automatycznego odzwyczajania pacjenta od respiratora (funkcją SBT), posiadającą regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 27**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt 21,25**

Czy zamawiający dopuści respirator nie posiadający westchnień automatycznych?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 28**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt. 23**

Czy Zamawiający dopuszcza respirator bez oddechu spontanicznego wspomaganego



proporcjonalnie typu PPS, PAV, Intellivent ASV ale w zamian posiadający nowoczesny i unikalny tryb wentylacji BiLevel-VG czyli tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnień z gwarancją objętości, który to system gwarancji objętości automatycznie dobiera najniższy możliwy poziom ciśnienia zapewniający podanie zadanej objętości oddechowej w systemie BiLevel?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 29**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt. 29,30,31,33**

Czy Zamawiający dopuści respirator ze wspomaganie PSV do 60 cmH<sub>2</sub>O, regulacja czasu wdechu od 0,25 sekund oraz regulacją czułości przepływowej w zakresie 1 do 9 l/min wraz z możliwością regulacji czułości ciśnieniowej w zakresie 0,25 do 10 cmH<sub>2</sub>O oraz niskiego poziomu ciśnienia przez Bilevel i PEEP/CPAP w zakresie wyłączony= 0, 1-50 cmH<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 30**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt.41**

Czy zamawiający dopuści respirator z obrazowaniem wartości procentowej przecieku?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 31**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt. 47**

Czy zamawiający dopuści respirator z możliwością przyszłościowej rozbudowy o obrazowanie ciśnienia na poziomie tchawicy?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 32**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt 54,55,56**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z prezentacją graficzną na 12 calowym ekranie?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 33**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt. 71**

Czy zamawiający dopuści respirator z ręcznym wykonaniem manewru rekrutacji pęcherzyków

plucnych poprzez bezpośrednie nastawy odpowiednich parametrów ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 34**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt. 74**

Czy zamawiający dopuści respirator posiadający skróconą instrukcję obsługi wyświetlaną na ekranie respiratora?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 35**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt. 77**

Czy zamawiający dopuści respirator fabrycznie nowy z IV kwartału 2014 roku?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 36**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt. 80**

Czy zamawiający dopuści gwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 8 lat od daty dostawy?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 37**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt. 83**

Czy zamawiający dopuści maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany wadliwego podzespołu na nowy, wolny od wad. Naprawy powstałe z winy użytkownika nie są traktowane jako naprawy gwarancyjne?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 38**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

**pkt. 81**

Prosimy wydłużenie czasu reakcji serwisu do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 39**

**Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 zestaw**

**Pytania dotyczące Pakietu nr 2**

## **pkt. 82**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

## **Pytanie 40**

### **Pytania dotyczące wzoru umowy**

1. Zwracamy się z prośbą o modyfikację par. 1 ust. 17 wzoru umowy na:  
„Zamawiający może także odmówić przyjęcia dostarczonych przez Wykonawcę Wyrobów, w przypadku ich dostarczenia przez Wykonawcę z opóźnieniem (jeśli opóźnienie w realizacji umowy przekroczy 30 dni) tj.: po terminie obowiązywania niniejszej umowy W takim wypadku Zamawiający ma prawo uznać, iż umowa nie została zrealizowana z winy Wykonawcy.
2. Zwracamy się z prośbą o modyfikację par. 3 ust. 1 a) wzoru umowy na:  
„**opóźnienia w dostawie Wyrobów** - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego wyrobu za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem pkt. b) niniejszego ustępu.”
3. Zwracamy się z prośbą o modyfikację par. 3 ust. 1 b) wzoru umowy na:  
„opóźnienie, o którym mowa w pkt. a) niniejszego ustępu nie może przekroczyć łącznie 30 dni. Po przekroczeniu tego terminu uważa się iż umowa nie została wykonana i stosuje się odpowiednio zapis pkt. c) niniejszego ustępu, co do wysokości kary umownej.”
4. Zwracamy się z prośbą o modyfikację par. 3 ust. 1 c) wzoru umowy na:  
„**nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy** - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości brutto Wyrobów wskazanej w § 2, ust. 1 niniejszej umowy.”
5. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu par. 3 ust.3 na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”
6. Wnosimy o zmianę par. 4 ust. 2 wzoru umowy na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”
7. Zwracamy się z prośbą o modyfikację par. 7 ust. 1 wzoru umowy na:  
„Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za

wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiegokolwiek osoby trzecie, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i powstałe z winy wykonawcy.”

8. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

**Odpowiedź: Pytanie 40.1 do 40.7 – Postępować zgodnie ze SIWZ, pytanie 40.8– w przypadku naturalnego zużycia gwarancja nie obejmuje.**

#### **Pytanie 41**

Pakiet nr 1 poz. 3 Stanowisko do kąpieli noworodka.

Czy Zamawiający dopuści stanowisko o wymiarach : dł. 900 mm, szer. 580 mm, wys. 900mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 42**

Pakiet nr 1 poz. 3 Stanowisko do kąpieli noworodka. Czy Zamawiający dopuści wymiar wanieki 680x370mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**