

OGŁOSZENIE
Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 12/PN/2015

Z dnia: **06-07-2015 (aktualizacja 3)**

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALA TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

Pytanie 1

Pakiet 1

Jakiej wielkości zbiornik jest przewidziany przez zamawiającego do realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie narzuca Wykonawcy wielkość zbiornika. To od Wykonawcy zależy jaki zaproponuje. Obecnie jednak Zamawiający używa zbiornika wielkości ok. 6 m³.

Pytanie 2

Pakiet 5

Jakiej wielkości zbiornik jest przewidziany przez zamawiającego do realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie narzuca Wykonawcy wielkość zbiornika. To od Wykonawcy zależy jaki zaproponuje. Obecnie jednak Zamawiający używa zbiornika wielkości ok. 6 m³.ok. 6 m³

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia 4 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż przed przystąpieniem do zadawania pytań Wykonawca powinien zapoznać się z zapisami SIWZ. W zakresie przedmiotowego pytania, w załączniku nr 4 do SIWZ w sposób wyraźny i czytelny widnieje zapis odnośnie przedłużania terminu realizacji zamówienia. Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 4

Pytania dotyczą zapisów w umowie

- 1) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 1 ust. 3 prosimy o uwzględnienie w nim zapisu:
" Otrzymanie żądania winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę".
- 2) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 1 ust. 4 prosimy o uwzględnienie proponowanych zmian z :
„Wykonawca zobowiązuje się do dostawy PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- a) sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty obowiązywania niniejszej umowy, w terminie do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
- b) w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00”

na:

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

*a) sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty obowiązywania niniejszej umowy, w terminie do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych) od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. . **Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę.***

c) w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.”

- 3) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 1 ust. 8 prosimy o uwzględnienie zapisu: „W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w wymaganym terminie, wskazanym w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu (do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu różnicę pomiędzy ceną zakupu zamówionego i nie dostarczonego w terminie przez Wykonawcę PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, a ceną zapłaconą za zakup dokonany przez Zamawiającego u innego dostawcy **pod warunkiem, że cena zapłaconą przez Zamawiającego nie będzie odbiegać od średnich cen rynkowych** – taki zakup zwany będzie w dalszej części niniejszej umowy „Zakupem Interwencyjnym”.
- 4) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 1 ust. 8 prosimy o zmianę zapisu z: „Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA o najwyższej jakości, zgodnie z normami jakościowymi, zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonego PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, **na:** „Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zgodnie z normami jakościowymi, zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonego PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
- 5) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 1 ust. 11 prosimy o uwzględnienie sformułowania: „**Otrzymanie reklamacji winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę**”
- 6) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 3 ust. 1c prosimy o zmianę zapisu z:
”nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 15 % łącznej wartości brutto PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy”,
na: „nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy **z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy**, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 15 % łącznej wartości brutto PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy” Ponadto zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary ponieważ jest ona rażąco wygórowana i nieadekwatna do wysokości zamówienia”.
- 7) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 3 ust. 1d prosimy o zmianę zapisu z:” odstąpienia przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy od niniejszej umowy w przypadku opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy” **na:** „odstąpienia przez Zamawiającego, z **wyłącznej** winy Wykonawcy od niniejszej umowy w przypadku opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy”
- 8) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 3 ust 2 prosimy o zmianę zapisu z” Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych w przypadku, gdy kary nie pokryją wartości poniesionych szkód” **na:** „**Wykonawca odpowiada jedynie za**

normalne następstwa swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści.”

9) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 3 ust 2 prosimy o zmianę zapisu z” „Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych, z należnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie postanowień niniejszej umowy” **na:** „Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych *których naliczenie Wykonawca uznał za zasadne*, z należnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie postanowień niniejszej umowy.

10) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 3 ust 5 prosimy o zmianę zapisu z” Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy *których naliczenie Wykonawca uznał za zasadne* płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty, **na:** „Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy *których naliczenie Wykonawca uznał za zasadne* płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty”.

11) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 4 ust 4 prosimy o zmianę zapisu z: ” Wynagrodzenie określone w ust. 2 będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego dokumentu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, **na:**” Wynagrodzenie określone w ust. 2 będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty *wystawienia dokumentu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu*”.

12) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 7 ust 1 prosimy o zmianę zapisu z” Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiegokolwiek osoby trzecie, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym także spowodowane zaistnieniem zdarzeń losowych oraz nieszczęśliwych wypadków” **na:** „Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, powstałe w *wyniku* wykonywania niniejszej umowy”

13) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 8 ust 5 prosimy o zmianę zapisu z: „Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego” **na:** „Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez *właściwy* Sąd powszechny”

Odpowiedź dot. wszystkich zagadnień związanych z zapisami w projekcie umowy zawartych w pytaniu nr 4: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga by dostawy ciekłego tlenu medycznego i ciekłego powietrza realizowane były autocysternami wyposażonymi w pompę umożliwiającą rozładunek pod ciśnieniem, zapewniając tym samym możliwość rozliczenia dostawy co do 1kg??

- rozładunek grawitacyjny (przy braku pompy) generuje straty dla Zamawiającego – przed rozładunkiem należy upuścić nadwyżkę ciśnienia na zbiorniku a co za tym idzie wyrzucić część znajdującego się w nim gazu

- rozładunek grawitacyjny (bezciśnieniowy) generuje dodatkowo stratę ze względu na długość jego trwania oraz brak możliwości otrzymania przez Zamawiającego dokładnych ilości dostarczonego produktu – rozliczenie stanowi wskaźnik na zbiorniku, który jest tylko

poglądowy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Do decyzji Wykonawcy.

Pytanie 6:

Dotyczy dostaw gazu medycznego, sprężonego, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v
Pakiet nr 6

Pytanie nr 6.1

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość dopuszczenia dostawy gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% w butlach o pojemności 11 litrów (3,23 m³) oraz 5 litrów (1,47 m³)

Zwracam się z prośbą o modyfikację opisu przedmiotu Zamówienia i **umożliwienie złożenia oferty na produkt równoważny.**

Pod pojęciem równoważności należy rozumieć gaz do znieczuleń o właściwościach nie gorszych niż gaz w butlach o pojemności 10 litrów 2,8 m³ - lecz z zachowaniem parametru czasu podawania, który nie powinien być dłuższy niż 1 godz. z nadzorem lekarskim i bez potrzeby kontrolowania morfologii krwi.

Ponadto informuję, że cały zestaw zaworu oddechowego wraz z ustnikiem lub maską oraz filtrem antybakteryjnym do podawania mieszaniny tlenu i podtlenku azotu 50%/50% (KALINOX™) jest tak skonstruowany, że uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego.

Pytanie nr 6.2

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o **konwersję jednostek miary ze sztuk na m3. Zapotrzebowanie Zamawiającego - 14 m3**

Pytanie nr 6.3

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie możliwości dostawy masek do aplikowania produktu leczniczego (mieszanki tlen i podtlenek azotu 50%/50%)

Jak wynika z kart Charakterystyki Produktu Leczniczego zatwierdzonych na rzecz przez obu Wykonawców, zarówno produkt leczniczy oferowany przez ALP o nazwie handlowej Kalinox jak i Linde Gaz Polska Sp. z o.o. o nazwie handlowej Entonox powinien być podawany przez maskę, a nie ustnik. Stosowanie maski pozwala uzyskać lepszy efekt przeciwbólowy.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.) wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego jest równoznaczne z zatwierdzeniem Charakterystyki Produktu Leczniczego, ulotki oraz opakowań produktu leczniczego, w tym jego oznakowania, wymagań jakościowych i metod badań jakościowych produktu leczniczego oraz wymogów jakościowych dotyczących ich opakowań.

Powyższe oznacza, że do obrotu w obu przypadkach został dopuszczony produkt, który dla jego podania wymaga zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego zastosowania maski. Oferowany przez Wykonawców produkt winien być aplikowany za pomocą maski.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i skuteczność terapii należy zwrócić uwagę, że zależy ono nie tylko od właściwie dobranego leku ale, w dużej mierze od zaworu dozującego determinującego właściwości fizyko-chemiczne podawanego wziewnie produktu jak i poprawnego stosowania urządzenia przez pacjenta.

Charakterystyka Produktu Leczniczego dopuszcza aplikowanie leku wyłącznie za pomocą masek.

Pytanie nr 6.4

Mając na uwadze jakość mikrobiologiczną produktów leczniczych w świetle wymagań Farmakopei Polskiej, czy Zamawiający wymaga dostawy filtrów antybakteryjnych o skuteczności filtracji bakteryjnej (BFE) oraz filtracji wirusowej (VFE) filtrów, odpowiednio:

- BFE – 99,999%,
- VFE – 99,999%.

Pytanie nr 6.5

Czy zamawiający wymaga, aby zawór dozujący (oddechowy) był zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Pytanie nr 6.6

Czy zamawiający wymaga, aby ustniki stosowane wraz zaworem oddechowym i filtrem antybakteryjnym, jako że mają bezpośredni kontakt z pacjentem, były zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Pytanie nr 6.7

Czy zamawiający wymaga, aby maski stosowane wraz zaworem oddechowym i filtrem antybakteryjnym, jako że mają bezpośredni kontakt z pacjentem, były zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Pytanie nr 6.8

Czy zamawiający wymaga, aby filtry antybakteryjne stosowane wraz zaworem oddechowym i ustnikiem, jako że mają bezpośredni kontakt z pacjentem, były zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Pytanie nr 6.9

Czy zamawiający wymaga, aby filtry antybakteryjne stosowane wraz zaworem oddechowym i maską, jako że mają bezpośredni kontakt z pacjentem, były zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Pytanie nr 6.10

Czy zamawiający wymaga, aby zawór dozujący składał się z części, które są w razie uszkodzenia wymienne i mogą być cyklicznie serwisowane bez konieczności wymiany całego zaworu dozującego na nowy?

Pytanie nr 6.11

Czy zamawiający wymaga, aby butla, w której znajduje się mieszanina tlenu i podtlenku azotu

50%/50% była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia?

Pytanie nr 6.12

Czy zamawiający wymaga podawania produktu leczniczego (mieszanki tlen i podtlenek azotu 50%/50%) z użyciem maski, w celu uzyskania lepszego efektu przeciwbólowego?

Pytanie nr 6.13

Czy zamawiający wymaga, aby istniała możliwość podłączenia pomiędzy ustnik a zawór dozujący przystawki do przewodu odprowadzającego gaz wydychany w celu usunięcia go z najbliższego otoczenia pacjenta oraz personelu medycznego?

Pytanie nr 6.14

Czy zamawiający wymaga, aby konstrukcja zaworu dozującego uniemożliwiała powrót wydychanego gazu wprost w twarz pacjenta?

Pytanie nr 6.15

Czy zamawiający będzie używał mieszankę w ten sposób, że pacjentka będzie wdychać lek w sposób ciągły, bez przerwy, czyli, że ustnik/maska będzie w sposób nieprzerwany utrzymywana w ustach/na twarzy pacjentki czy też inhalacja następować będzie cyklicznie, z przerwami wraz pojawiającym się bólem lub skurczem?

Pytanie nr 6.16

Czy zamawiający dopuszcza, aby wydychana przez pacjenta mieszanka gazów była kierowana bezpośrednio na twarz pacjenta, zwiększając tym samym ekspozycję pacjenta na gaz wydychany?

Pytanie nr 6.17

Czy w celu ochrony personelu medycznego i pacjenta przed ekspozycją na wydychany podtlenek azotu, znajdujący się w wydychanym przez pacjenta powietrzu, zamawiający wymaga, aby zestaw z zaworem dozującym był wyposażony w adapter umożliwiający podłączenie przewodu odprowadzającego gaz wydychany? Zwiększone stężenie podtlenu azotu w pomieszczeniu może powodować skutki niepożądane u personelu medycznego.

Pytanie nr 6.18

Czy zamawiający wymaga, aby dostawca zaoferował ustniki z filtrem, będące wyrobem medycznym, które będą używane przez pacjentów, czy zawór wylotowy?

Pytanie nr 6.19

Czy zamawiający wymaga, aby zawór dozujący (zespół zaworu wdech oraz zaworu pacjenta) był skonstruowany w taki sposób, żeby zapobiegał, aby wydychane powietrze powróciło do zaworu dozującego?

Pytanie nr 6.20

Czy zamawiający wymaga, aby wykonawca dołączył do oferty instrukcję obsługi zaworu

dozującego (zaworu na żądanie)?

Odpowiedzi:

Ad. 6.1 Postępować zgodnie ze SWIZ

Ad. 6.2 Postępować zgodnie ze SWIZ

Ad. 6.3 Postępować zgodnie ze SWIZ

Ad. 6.4 Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający prosi o zapoznanie się z warunkami udziału w postępowaniu i przedmiotem zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do celów medycznych. Opisuje to w czytelny sposób SIWZ.

Ad. 6.5 Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający prosi o zapoznanie się z warunkami udziału w postępowaniu i przedmiotem zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do celów medycznych. Opisuje to w czytelny sposób SIWZ.

Ad. 6.6 Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający prosi o zapoznanie się z warunkami udziału w postępowaniu i przedmiotem zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do celów medycznych. Opisuje to w czytelny sposób SIWZ.

Ad. 6.7 Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający prosi o zapoznanie się z warunkami udziału w postępowaniu i przedmiotem zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do celów medycznych. Opisuje to w czytelny sposób SIWZ.

Ad. 6.8 Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający prosi o zapoznanie się z warunkami udziału w postępowaniu i przedmiotem zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do celów medycznych. Opisuje to w czytelny sposób SIWZ.

Ad. 6.9 Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający prosi o zapoznanie się z warunkami udziału w postępowaniu i przedmiotem zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do celów medycznych. Opisuje to w czytelny sposób SIWZ.

Ad. 6.10 Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający prosi o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia. Zamawiający będzie dzierżawił zawór od Wykonawcy. W gestii Wykonawcy jest zapewnienie zamawiającemu sprawnego zaworu.

Ad. 6.11 Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający prosi o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia. Zamawiający będzie dzierżawił zawór od Wykonawcy. W gestii Wykonawcy jest zapewnienie zamawiającemu sprawnego zaworu.

Ad. 6.12 Postępować zgodnie ze SIWZ – proszę zapoznać się z przedmiotem zamówienia. W tabeli opisującej przedmiot zamówienia w poszczególnych rubrykach Zamawiający wyszczególnił oprócz gazu także inne niezbędne elementy, aby użycie gazu było możliwe. Asortyment nie wyszczególniony w tabeli nie jest przedmiotem zamówienia.

Ad. 6.13 Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę zapoznać się z przedmiotem zamówienia. Przedmiotowe pytanie jest dla Zamawiającego niezrozumiałe.

Ad. 6.14 Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę zapoznać się z przedmiotem zamówienia. Przedmiotowe pytanie jest dla Zamawiającego niezrozumiałe.

Ad. 6.15 Przedmiot zamówienia nie będzie używany w sposób ciągły.

Ad. 6.16 Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę zapoznać się z przedmiotem zamówienia. Przedmiotowe pytanie jest dla Zamawiającego niezrozumiałe.

Ad. 6.17 Zamawiający nie wymaga

Ad. 6.18 Postępować zgodnie ze SIWZ – proszę zapoznać się z przedmiotem zamówienia. W tabeli opisującej przedmiot zamówienia w poszczególnych rubrykach Zamawiający wyszczególnił oprócz gazu także inne niezbędne elementy, aby użycie gazu było możliwe. Asortyment nie wyszczególniony w tabeli nie jest przedmiotem zamówienia.

Ad. 6.19 Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę zapoznać się z przedmiotem zamówienia. Przedmiotowe pytanie jest dla Zamawiającego niezrozumiałe.

Ad. 6.20 Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę zapoznać się z przedmiotem zamówienia a następnie z warunkami jakie należy spełnić dla całego przedmiotu zamówienia opisanego w danym pakiecie.

Pytanie 7:

Dotyczy dostawy gazów medycznych w butlach

Pytanie nr 7.1

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie informacji czy instalacja jest zaprojektowana na przyjęcie butli 200 bar i do jakiego ciśnienia jest zaprojektowana.

Pytanie nr 7.2.

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie do SIWZ mapki sytuacyjnej drogi/dróg dojazdowej/dojazdowych do miejsca/miejsc rozładunku ciekłych i sprężonych gazów medycznych.

Pytanie nr 7.3

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie jednorazowej ilości zamawianych butli

Pytanie nr 7.4

Czy Zamawiający wymaga dostawy gazu medycznego, sprężony tlen medyczny, w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym zawór z przepływomierzem wyskalowanym w litrach na minutę z możliwością przyłączenia urządzeń medycznych (respiratory i inne), szybkozłączem, butle 2 l- 0,4m³, 5 l- 1,1 m³

Odpowiedzi:

Ad. 7.1 NIE, zaprojektowana jest do 150 bar

Ad. 7.2 Zamawiający informuje, iż istnieją przejezdne drogi dojazdowe do miejsca rozładunku.

Ad. 7.3 Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę przeczytać zapisy SIWZ.

Ad. 7.4 Postępować zgodnie ze SIWZ

