

OGŁOSZENIE
Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 04/PN/2016

Z dnia: 14-04-2016

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

Pytanie 1

Zamawiający w pkt XII załącznika nr 4 do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 04/PN/2016, określił wymiary urządzeń do dystrybucji czystej i zbierania brudnej bielizny operacyjnej. W związku z tym, że wymiary nie mają wpływu na cały system dystrybucji/zbierania bielizny oraz nie przekładają się na sposób i skuteczność działania urządzeń, pytamy czy Zamawiający dopuszcza urządzenia których głębokość wynosi 105 cm?

Odpowiedź: Zgadza się wymiary nie mają wpływu na system dystrybucji jednakże pomieszczenia, w którym zostaną zamontowane ma określone wymiary. Pomieszczenia te są wąskie, posiadają max 180 cm szerokości. Ponadto szerokość futryny to 90 cm. Zamawiający dopuszcza urządzenie o głębokości 105 cm jeśli wykonawca uznaje, że przy tej szerokości pomieszczenia będzie możliwe sprawne ich funkcjonowanie, a przede wszystkim wniesienie. Zamawiający podkreśla, że przy szerokości drzwi 90 cm i wymiarach urządzeń może zachodzić konieczność częściowego demontażu tych urządzeń, aby była możliwość ich wniesienia do pomieszczenia.

Pytanie 2

W pkt XII załącznika nr 4 do siwz, w opisie urządzeń zbierających brudną bieliznę operacyjną – charakterystyka, Zamawiający w pkt 2 zamieścił następujący opis: „Zbierak wyposażony w pneumatyczny system przesuwania odzieży z części ewidencji zwrotu do kosza”. Wnioskujemy o dopuszczenie przez Zamawiającego rozwiązania równoważnego do wyżej opisanego, polegającego na tym, że ewidencja zwrotu brudnej odzieży i jej wrzut do zbieraka odbywa się bez udziału pneumatyki, ale w oparciu o technologię RFID i przy użyciu indywidualnych kart zdającego, co zapewnia w pełni automatyczną identyfikację zwrotu. Nadmieniamy, że w pkt 4 i 5 opisu przedmiotowych urządzeń Zamawiający dopuszczył rozwiązania równoważne, co jest logiczne, gdyż celem Zamawiającego jest automatyczna i dokładna

identyfikacja zwrotów, co jest możliwe do osiągnięcia różnymi sposobami i rozwiązaniami technologicznymi. Pozostawienie tego zapisu bez zmian ogranicza powoduje, że praktycznie tylko jeden wykonawca jest w stanie spełnić wymogi w tym zakresie. Jest to bardzo poważne ograniczenie konkurencji i uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu szerszemu gronu wykonawców.

Dopuszczenie przez Zamawiającego rozwiązania równoważnego znacznie zwiększy liczbę wykonawców mogących wziąć udział w prowadzonym postępowaniu, co z pewnością będzie miało dla Zamawiającego wymierne korzyści ekonomiczne i jednocześnie zapewni odpowiednie oraz wymagane efekty sanitarno – higieniczne w odniesieniu do brudnej bielizny operacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiającemu zależy aby cały system wydawania i poboru bielizny odbywał się automatycznie, z użyciem kart magnetycznych, z możliwością wykonywania raportów – tak jak zostało to opisane w SIWZ. Zamawiający skupia się na funkcjonalności nie zaś na technologiach zapewniających określoną funkcjonalność. System ma być prosty w obsłudze i zrozumiały dla każdego użytkownika.

Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie odpowiedzialny za wykonanie koniecznych prac instalacyjnych: informatycznych oraz elektrycznych, które umożliwią świadczenie usługi?

Odpowiedź: Prace wskazane w pytaniu są po stronie Wykonawcy i muszą się zawierać w cenie oferty. Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować i zdemontować oraz zapewnić pracę urządzeń bez zaangażowania zasobów Zamawiającego.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zapewni drogi dojazdu zapewniające przetransportowanie szaf, na terenie szpitala i wewnątrz budynku, do wyznaczonego miejsca w którym mają stanąć urządzenia wydające i zbierające?

Odpowiedź: Przy budynku do którego należy dostarczyć urządzenia jest droga. Budynek posiada windy i klatki schodowe oraz standardowe korytarze i futryny. Wykonawca może z tego skorzystać. Zamawiający podkreśla, że szerokość drzwi do pomieszczeń, gdzie mają być zainstalowane urządzenia to 90 cm. Może zachodzić konieczność częściowego demontażu urządzeń na czas ich wniesienia / wyniesienia do i z pomieszczenia.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na 8-tygodniowy, liczony od dnia rozstrzygnięcia przetargu, termin instalacji urządzeń?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 6

punkt XIII SIWZ:

Czy Zamawiający rozważy punktowanie również dezynfekcji za pomocą Przelotowej Pralnico-Wirówki? Dezynfekcja w pralnico - wirówce jest nowoczesną metodą prania i dezynfekcji, w której oba procesy zachodzą w jednej kąpielii piorąco-dezynfekcyjnej. Zapewnia ona nie gorszą skuteczność od dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej, a dodatkowo nie naraża asortymentu na dwukrotne przechodzenie przez procesy (dezynfekcję w komorze, a następnie pranie dezynfekcyjne), które w sposób naturalny prowadzić będą do szybszego zużycia tego asortymentu oraz niepotrzebnie zawyżą koszty wykonania usługi.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 7

Czy zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga aby poduszki i kołdry oraz koce były dezynfekowane, a później prane dezynfekcyjnie zgodnie z zapisem „dezynfekcję i pranie koców i poduszek oraz kołder”?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga aby w szafach dystrybucyjnych do odzieży operacyjnej Wykonawca umieszczał komplety tzn. bluzy i spodnie razem, czy pojedyncze egzemplarze tzn. bluzy i spodnie osobno?

Odpowiedź: Odzież musi być wydawana w kompletach, zgodnie ze SIWZ

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga workowania asortymentu umieszczanego w szafach dystrybucyjnych?

Odpowiedź: NIE. Tylko w przypadku wystąpienia awarii urządzeń i konieczności dostarczenia odzieży operacyjnej poza udziałem urządzeń. Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 10

dotyczące Charakterystyki wydawanej bielizny operacyjnej i szacunkowe

ROCZNE ilości wzoru mowy

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli przez „czytelny system identyfikacji rozmiarów”?

Czy wystarczy aby odzież posiadała kolorowy oznacznik: wszywka na bluzie i sznurek w spodniach tego samego koloru oznaczającego wspólny rozmiar?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli, to, że bezpośredni użytkownik nie może mieć wątpliwości jaki rozmiar odzieży otrzymał. Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 11

dotyczące załącznika 4 SIWZ punktu I:

Czy Zamawiający wymaga wystawienia faktury dla każdego z 6 wymienionych oddziałów czy osobnych czterech faktur dla lokalizacji:

- * Tczew ul. 30 Stycznia 57/58
- * Tczew ul. Paderewskiego 11
- * Gniew ul. 7 marca 10
- * Tczew ul. 1 Maja 2 ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Osobne faktury dla każdego oddziału. Nie dla lokalizacji.

Pytanie 12

dotyczące Zasad Środowiskowych dla Podwykonawców

Jakie odpady Zamawiający ma na myśli w zapisie: „zabierać z terenów Szpitala Tczewskie S.A. wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług”?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli wszelkie odpady jak to jest zapisane, które wytworzy Wykonawca podczas świadczenia usługi.

Pytanie 13

dotyczące Zasad BHP dla podwykonawców

W jakie środki bezpieczeństwa ma być wyposażony pracownik Wykonawcy zgodnie z PN- N-18001:2004?

Odpowiedź: Wykonawca odpowiada za działania swoich pracowników. Zasady BHP dla podwykonawców są standardowym dokumentem wynikającym z działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Pracownik Wykonawcy musi znać zasady BHP ogólnie obowiązujące, za co odpowiada jego pracodawca.

Pytanie 14

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie czasu trwania umowy?
12 miesięcy to okres bardzo krótki biorąc pod uwagę zastosowanie dystrybutorów czystej bielizny oraz urządzeń zbierających brudną bieliznę. Wydłużenie czasu realizacji usługi pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. W SIWZ opisano przypadki kiedy przedłużenie umowy może nastąpić.

Pytanie 15

dotyczące punktu V SIWZ

Czy w przypadku wystąpienia awarii dystrybutora bielizny operacyjnej w godzinach nocnych Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę czystego „asortymentu” do lokalizacji Zamawiającego w dniu następnym do godz.10.00?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, o ile nie będzie zabiegów operacyjnych w tym czasie. Każdorazowo Wykonawca w takiej sytuacji będzie musiał uzyskać zgodę przedstawiciela Zamawiającego pracującego na Bloku Operacyjnym, który będzie posiadał wiedzę jakie danej nocy jest zapotrzebowanie. Proszę pamiętać, że działanie Wykonawcy nie może w żaden sposób zakłócić pracy Bloku Operacyjnego.

Pytanie 16

dotyczące punktu V SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „ubrania zastępcze”? Czy są to ubrania jednorazowe czy wielokrotnego użytku? Czy Zamawiający zapłaci za ubrania zastępcze dostarczone podczas awarii dystrybutora zgodnie z ustalonymi cenami dla kompletów wynajmowanych?

Odpowiedź: Są to te same ubrania, które wydaje urządzenie, tylko nie wydawane z Urządzenia z oczywistych względów. Ubrania dostarcza Wykonawca na takich samych zasadach jakby były wydawane z urządzenia. Strony ustalą „na bieżąco” w przypadku wystąpienia awarii jak zaewidencjonować dostarczaną odzież czystą i zabieraną brudną.

Pytania 17

Pytania dot. treści umowy

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „, ale łącznie za dany miesiąc nie więcej niż 50% miesięcznego wynagrodzenia brutto”?
Wysokość kary umownej nie powinna przekraczać określonej w umowie części wartości faktury za dany miesiąc. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości usługi. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy słowa „5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy” zostały zastąpione słowami „5% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części

umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Ponadto strony mogą w aneksie do umowy uzgodnić zmianę cen netto i brutto w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%. ”?*

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

5. Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 6 ust. 3 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy na podstawie § 6 ust. 4 lit. b) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?*

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Ad. 17.1. Zamawiający nie tworzy własnych definicji dnia roboczego. Jest to dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych

Ad. 17.2 do 17.6 Postępować zgodnie ze SIWZ