



**SZPITAŁE
TCZEWSKIE SA**

SPROSTOWANIE

Do odpowiedzi do zapytań, do postępowania 02/PN/2016

Z dnia: 26-04-2016

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITAŁE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

W wyniku omyłki pisarskiej dotyczącej zapytania nr 64, Zamawiający podaje prawidłową numerację zapytań „64” wraz z odpowiednią numeracją odpowiedzi – poniżej prawidłowy zapis:

Pytania 64

Pakiet 5

64.1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty badań klinicznych potwierdzających biokompatybilność materiałów. Biokompatybilność potwierdza się w trybie badań laboratoryjnych, zgodnie z wytycznymi standardu ISO 10993 (Biological evaluation of medical devices – ocena biologiczna wyrobów medycznych).

64.2. Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych z portem bocznym 0,8 x 25 mm o przepływie 31 ml/min. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

64.3. Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych z portem bocznym 1,0 x 32 mm o przepływie 54 ml/min. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

64.4. Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych z portem bocznym 1,2 x 32 mm o przepływie 80 ml/min. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

64.5. Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych z portem bocznym 1,4 x 45 mm o przepływie 125 ml/min. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

64.6. Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych z portem bocznym 1,7 x 45 mm o przepływie 180 ml/min. Pozostałe parametry SIWZ

64.7. Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi. Cewniki posiadające dwa naprzeciwległe otwory boczne pozwalają na właściwe odsysanie a jednocześnie eliminują możliwość zablokowania cewnika.

Odpowiedź:

Ad. 64.1. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 64.2. Zamawiający dopuszcza

Ad. 64.3. Zamawiający dopuszcza

Ad. 64.4. Zamawiający dopuszcza

Ad. 64.5. Zamawiający dopuszcza

Ad. 64.6. Zamawiający dopuszcza

Ad. 64.7. Zamawiający dopuszcza