

OGŁOSZENIE
Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 10/PN/2016

Z dnia: **04-08-2016**

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITAL TczeWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

Pytanie 1

Poz. 1 Dostawa łóżka szpitalnego – 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 900mm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 2

Poz. 2 Dostawa łóżka szpitalnego z wyposażeniem – 6 kpl.

2.1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w metalową półkę, malowaną farbą proszkową, przystosowaną do ustawiania butelek o pojemności min 1,5 litra?

2.2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w magnes jako alternatywę mechanizmu samo-domykającego?

2.3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 550mm (wymiar blatu 550x430mm)?

2.4. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 800mm?

Odpowiedź:

Ad. 2.1. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 2.2. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 2.3. Zamawiający dopuszcza

Ad. 2.4. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Poz. 3 Dostawa rehabilitacyjnego wielofunkcyjnego łóżka elektrycznego z wyposażeniem – 34 kpl.

3.1. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autoregresji?

3.2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa z uchwytemi delikatnie wystającymi poza obrys szafki?

3.3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową fabrycznie wyposażoną w blat boczny regulowany na sprężynie gazowej z możliwością ustawienia kąta pochylenia?

3.4. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w „półkę na kaptcie” jako alternatywę dla półek z boku szafki?

Odpowiedź:

Ad. 3.1. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 3.2. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 3.3. Zamawiający dopuszcza

Ad. 3.4. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Poz. 4 Dostawa wielofunkcyjnego łóżka elektrycznego z wyposażeniem – 5 kpl.

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić tę pozycję jako odrębny pakiet? Łóżka o podobnych parametrach ma maksymalnie dwóch producentów oferujących swoje produkty w Polsce co sprawi, że zawyżą oni cenę łóżek z pozostałych pozycji. Wydzielenie tej pozycji jako odrębny pakiet pozwoli na składanie ofert większej liczbie firm a co za tym idzie uzyskanie niższej ceny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 5

Poz. 1 – Dostawa łóżka szpitalnego – 10 szt.

5.1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 890 mm?

5.2. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szczyty wykonane są ze stali nierdzewnej, łatwo wyjmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą dwustronnie laminowaną?

5.3. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami, w których wysokiej jakości płytą dwustronnie laminowana jest trwale zamocowana?

5.4. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest metalowymi, lakierowanymi lamelami, łatwymi w utrzymaniu czystości i dezynfekcji? Leża wykonane z

lameli nadają się do reanimacji i nie wymagają dodatkowego wsparcia, np. poprzez wyciąganie szczytów i stabilizowanie nimi leża przy reanimacji.

Odpowiedź:

Ad. 5.1. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 5.2. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający dopuszcza stal nierdzewną

Ad. 5.3. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 5.4. Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 6

Poz. 2 - Dostawa łóżka szpitalnego z wyposażeniem – 6 kpl.

6.1. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szczyty wykonane są ze stali nierdzewnej, łatwo wyjmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą dwustronnie laminowaną?

6.2. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami, w których wysokiej jakości płyta dwustronnie laminowana jest trwale zamocowana?

6.3. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest metalowymi, lakierowanymi lamelami, łatwymi w utrzymaniu czystości i dezynfekcji? Leża wykonane z lameli nadają się do reanimacji i nie wymagają dodatkowego wsparcia, np. poprzez wyciąganie szczytów i stabilizowanie nimi leża przy reanimacji.

6.4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi ze stali nierdzewnej?

6.5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi lakierowanymi?

6.6. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w pkt. 15 „barierki boczne składane na ramę” (barierki składane na ramę leża są niezgodne z obowiązującą normą EN 60601-2-52) i dopuści barierki składane obok ramy leża, nie powodujące przerwy transferowej, zgodne z EN 60601-2-52?

6.7. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat ma wymiary 450 x 420 mm i różni się nieznacznie od wymaganych wymiarów?

6.8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której szerokość wynosi 450 mm?

6.9. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której wkład na 3 butelki o pojemności 1,5 l umieszczony jest wewnątrz kontenera szafki?

Odpowiedź:

Ad. 6.1. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający dopuszcza stal nierdzewną

Ad. 6.2. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 6.3. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 6.4. Zamawiający dopuszcza

Ad. 6.5. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 6.6. Zamawiający dopuszcza barierki składane obok ramy leża

Ad. 6.7. Zamawiający dopuszcza

Ad. 6.8. Zamawiający dopuszcza

Ad. 6.9. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Poz. 3 – Dostawa rehabilitacyjnego wielofunkcyjnego łóżka elektrycznego z wyposażeniem – 34 kpl.

7.1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wynoszącej 1020 mm?

7.2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm?

7.3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o zaokrąglonych uchwytych, nieznacznie wystających poza obrys szafki?

7.4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością doposażenia jej w przyszłości w uniwersalny blat boczny do serwowania potraw, z możliwością regulacji jego wysokości oraz kąta nachylenia?

7.5. Czy Zamawiający oczekuje blatu bocznego z możliwością ustawienia jego kąta nachylenia w min. dwóch pozycjach: 30 i 60°?

7.6. Czy Zamawiający dopuści szafkę, która posiada dwie półki wewnątrz dolnego kontenera?

7.7. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach: a – 800 mm, b – 450 mm, c – 420 mm?

Odpowiedź:

Ad. 7.1. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 7.2. Zakres regulacji mieści się w wymogach SIWZ. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 7.3. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 7.4. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 7.5. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 7.6. Zamawiający dopuszcza

Ad. 7.7. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Poz. 4 – Dostawa wielofunkcyjnego łóżka elektrycznego z wyposażeniem – 5 kpl.

- 8.1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem wyposażonym w sygnalizację wizualną aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża?
- 8.2. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze wskaźnikiem ładowania akumulatora na panelu centralnym?
- 8.3. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą HPL o grubości 6 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?
- 8.4. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 barierki metalowe, lakierowane proszkowo, zabezpieczające pacjenta na całej długości?
- 8.5. Czy Zamawiający odstąpi od sformułowania „barierki składane na ramę” (takie barierki są niezgodne z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52) i dopuści barierki składane obok ramy leża, niepowodujące przerwy transferowej, zgodne z EN 60601-2-52?
- 8.6. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w zaokrąglone, niewystające poza obrys materaca 4 metalowe uchwyty przy dwóch segmentach leża?
- 8.7. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o następujących parametrach?
- Przeznaczona do oddziałów szpitalnych
 - Wykonana z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV
 - Błat z tworzywa ABS z wystającymi zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów i zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów, odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV
 - Tylna część szafki wyposażona metalowy reling posiadający metalowe haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości
 - Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV
 - Szuflada wysuwana na prowadnicach suwnych z wkładem tworzywowym odejmowanym.
 - Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem
 - Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości 110 mm, dostęp do półki z czterech stron.

- Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów.
- Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników
- Szafka z możliwością zamocowania w przyszłości blatu bocznego, bez konieczności przeróbek technologicznych
- Koła jezdne podwójne w tym 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem
- Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji
- Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne)
- Kolor frontów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z 6 szt. oraz konstrukcja z możliwością wyboru z dwóch kolorów w tym szary
- wymiary szafki: 440 x 400 x 825 mm

Odpowiedź:

Ad. 8.1. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 8.2. Zamawiający dopuszcza

Ad. 8.3. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 8.4. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 8.5. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 8.6. Postępować zgodnie ze SIWZ

Ad. 8.7. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi do pytań - od pytania 17 do pytania 21.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (5 kpl.) z regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi do pytań - od pytania 17 do pytania 21.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (5 kpl.) z regulacją Trendelenburga 16° i anty-Trendelenburga 16°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi do pytań - od pytania 17 do pytania 21.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (5 kpl.) z możliwością przedłużenia leża o 28 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi do pytań - od pytania 17 do pytania 21.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści wyroby (poz. 1 i 2, poz. 4 - szafki) opatrzone deklaracją zgodności ze znakiem CE oraz wpisem/zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi do pytań - od pytania 17 do pytania 21.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści wyroby (poz. 3 – łóżka, poz. 4 - łóżka) z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi do pytań - od pytania 17 do pytania 21.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści wyroby (poz. 3 – szafki), które nie są wyrobem medycznym i nie posiadają dokumentacji medycznej (rejestracyjnej)?

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi do pytań - od pytania 17 do pytania 21.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża, nie wystające poza obrys krążków odbojowych, chronione przed otarciami listwą odbojową zamocowaną bezpośrednio na barierkach?

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi do pytań - od pytania 17 do pytania 21.

Pytanie 17

Dot. siwz

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, jednak z zastrzeżeniem, iż dostawa i montaż musi odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2016 roku, z uwagi na przewidziane oficjalne otwarcie nowopowstałych pomieszczeń, dla którym Zamawiający dokonuje zakupu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Data 5 października 2016 roku zostanie zatem umieszczona w umowie jako data zakończenia realizacji niniejszego zamówienia.

Pytanie 18

Dot. łóżka szpitalne (10 szt.) – poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wyroby opatrzone deklaracją zgodności ze znakiem CE oraz wpisem/zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

Dot. łóżka szpitalne (6 kpl.) – poz. 2

19.1. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża, nie wystające poza obrys krążków odbojowych, chronione przed otarciami listwą odbojową zamocowaną bezpośrednio na barierkach?

19.2. Czy Zamawiający dopuści wyroby opatrzone deklaracją zgodności ze znakiem CE oraz wpisem/zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odpowiedź:

Ad. 19.1. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale barierka musi być chromowana lub ze stali nierdzewnej

Ad. 19.1. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20

Dot. wielofunkcyjne łóżka elektryczne (34 kpl.) – poz. 3

20.1. Czy Zamawiający dopuści łóżka z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.

20.2. Czy Zamawiający dopuści wyroby szafki, które nie są wyrobem medycznym i nie posiadają dokumentacji medycznej (rejestracyjnej)?

Odpowiedź:

Ad. 20.1. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że produkt posiada znak CE. Zamawiający wymaga w takim przypadku dołączenia do oferty krótkiego oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie.

Ad. 20.2. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21

Dot. wielofunkcyjne łóżka elektryczne (5 kpl.) – poz. 4

21.1. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (5 kpl.) z regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

21.2. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (5 kpl.) z regulacją Trendelenburga 16° i anty-Trendelenburga 16°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

21.3. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (5 kpl.) z możliwością przedłużenia leża o 28 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

21.4. Czy Zamawiający dopuści szafki opatrzone deklaracją zgodności ze znakiem CE oraz wpisem/zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych?

21.5. Czy Zamawiający dopuści łóżka z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa

znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.

Odpowiedź:

Ad. 21.1. Zamawiający dopuszcza

Ad. 21.2. Zamawiający dopuszcza

Ad. 21.3. Zamawiający dopuszcza

Ad. 21.4. Zamawiający dopuszcza

Ad. 21.5. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że produkt posiada znak CE.

Zamawiający wymaga w takim przypadku dołączenia do oferty krótkiego oświadczenia

Wykonawcy w tym zakresie.