

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W TCZEWIE



Tczew, dnia 15.09.2009r.

Ogłoszenie

Dot. Zapytania do przetargu nr 25/PN/2009

1) Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 810 mm i długości całkowitej 2040, które to parametry nieznacznie odbiegają od opisanych i nie pogarszają właściwości użytkowych wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podane wielkości.

2) Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie od 620 mm do 940 mm, który to parametr jest szerszy od opisanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podane wielkości.

3) Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali, które to wykonanie jest trwalsze od standardowego rozwiązania z profili stalowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podaną konstrukcję.

4) Pytanie:

Czy mając na uwadze wygodę personelu medycznego oraz bezpieczeństwo pacjenta. Zamawiający oczekuje, aby wózek posiadał regulację funkcji Trendelenburga i anty - Trendelenburga w zakresie +/- 18°, dokonywaną za pomocą nożnej pompy hydraulicznej dostępnej z obu stron wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podaną konstrukcję.

5) Pytanie:

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający oczekuje aby wózek posiadał poręcze boczne na całej długości leża w pełni zabezpieczając pacjenta przed upadkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podaną konstrukcję.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szpital Powiatowy w Tczewie, Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. 30-go Stycznia 58, 83-110 Tczew, tel./fax. +48 58 531-38-30, tel. 777-66-73, www.nzoztczew.pl, sekretariat@nzoztczew.pl

Konto: Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, nr: 92 1440 1101 0000 0000 0782 0453

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000306925

NIP: 5932526795, REGON 220620689, Kapitał zakładowy/wpłacony 19.422.350,00 zł.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W TCZEWIE



6) Pytanie:

Czy mając na uwadze dobro pacjenta i personelu medycznego Zamawiający oczekuje aby konstrukcja wózka była oparta na dwóch kolumnach co umożliwi łatwą i szybką dezynfekcję a także gwarantuje wysoką wytrzymałość na obciążenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podaną konstrukcję.

7) Pytanie

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający oczekuje aby wózek posiadał możliwość bezpiecznego obciążenia roboczego na poziomie 250 kg co zapewnia jego wytrzymałość nawet podczas reanimacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podaną konstrukcję.

Z poważaniem

I N S P E K T O R
ds. zamówień publicznych

Stawomir Kłos

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szpital Powiatowy w Tczewie, Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. 30-go Stycznia 58, 83-110 Tczew, tel./fax. +48 58 531-38-30, tel. 777-66-73, www.nzoztczew.pl, sekretariat@nzoztczew.pl

Konto: Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, nr: 92 1440 1101 0000 0000 0782 0453

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000306925

NIP: 5932526795, REGON 220620689, Kapitał zakładowy/wpłacony 19.422.350,00 zł.