

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W TCZEWIE



Tczew, dnia 22.12.2009r.

PRO-MEDICA Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 144A
02-952 Warszawa

Dot. Postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego nr 34/PN/2009 na „**Dostawę aparatury i sprzętu medycznego do wentylacji pacjenta w warunkach domowych**”

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, iż odrzuca ofertę złożoną przez Państwa firmę gdyż jest niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z pkt. 9.3.3 oraz 9.9.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający zauważył, iż oferta złożona przez w/w firmę nie posiada zespolonych ze sobą stron, powodując tym samym naruszenie pkt. 9.9 SIWZ.

Zamawiający podczas oceny ofert porównał instrukcje obsługi i zestawienie parametrów urządzenia dołączonymi do oferty z parametrami technicznymi i warunkami gwarancji jakie były wymagane i zauważył, iż brakuje następujących pozycji:

- Poz. 20 – Zamawiający wymagał alarm rozłączenia układu oddechowego z regulowanym interwałem czasowym do min. 100s, a Wykonawca podał w zestawieniu parametrów 120s lecz zgodnie z instrukcją producenta dołączoną do SIWZ to urządzenie nie posiada tej możliwości.
- Poz. 30 – Zamawiający wymagał aby urządzenie zawierało automatyczną kompensację przecieków (objętości i ciśnienia) spowodowanych zastosowaniem wentylacji przez maskę lecz zgodnie z instrukcją producenta dołączoną do SIWZ to urządzenie nie posiada tej możliwości.
- Poz. 6 – Zamawiający wymagał aby czas ładowania wewnętrznego akumulatora do pełni jego możliwości pracy wynosiło poniżej 3 godz., a z instrukcji producenta dołączonej do SIWZ nie wynika ile to urządzenie potrzebuje czasu na realizację w/w funkcji.
- Poz. 37 - Zamawiający wymagał aby urządzenie zawierało możliwość wybierania trybu wentylacji przez opiekuna lub pacjenta spośród co najmniej 2 wcześniej zaprogramowanych trybów oddechowych lecz zgodnie z instrukcją producenta dołączoną do SIWZ to urządzenie nie posiada tej możliwości.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szpital Powiatowy w Tczewie, Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. 30-go Stycznia 58, 83-110 Tczew, tel./fax. +48 58 531-38-30, tel. 777-66-73, www.nzoztczew.pl, sekretariat@nzoztczew.pl
Konto: Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, nr: 92 1440 1101 0000 0000 0782 0453
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000306925
NIP: 5932526795, REGON 220620689, Kapitał zakładowy/wpłacony 19.422.350,00 zł.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W TCZEWIE



Do Zamawiającego nie wpłynęły żadne zapytania dotyczące pakietu nr 1 powodujące zmiany wymaganych parametrów technicznych. Komisja przetargowa stwierdziła niezgodność zaproponowanego urządzenia z warunkami technicznymi sprzętu określonego w SIWZ co skutkuje odrzuceniem oferty.

Komisja:

Stanisław Kłos

Mirosław Włoszaniec

Tomasz Bronik

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szpital Powiatowy w Tczewie, Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. 30-go Stycznia 58, 83-110 Tczew, tel./fax. +48 58 531-38-30, tel. 777-66-73, www.nzoztczew.pl, sekretariat@nzoztczew.pl

Konto: Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, nr: 92 1440 1101 0000 0000 0782 0453

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000306925

NIP: 5932526795, REGON 220620689, Kapitał zakładowy/wpłacony 19.422.350,00 zł.