



Tczew, dnia 19.10.2010r.

## Ogłoszenie

Dot. Odpowiedzi do zapytań do postępowania przetargowego nr 25/PN/2010

1) Pytanie:

**Pytania dot. Pakietu nr 5:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 2 równoważnej elektrody EKG 1 x użytku do 24 godzinnych badań Holtera, wykonanej na podłożu z pianki, z żelem stałym zapewniającym dobrą przewodność podczas ruchu z wycięciem do umocowania kabla pacjenta. Rozmiar elektrody 46 mm / 52 mm.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w elektrody EKG.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 4 równoważnej elektrody EKG 1 x użytku do monitorowania i diagnozowania dzieci wykonanej na podłożu z pianki polietylenowej, z żelem stałym, wyposażonej w pasek papieru po stronie klejącej ułatwiający odklejenie elektrody od skóry pacjenta. Średnica elektrody 30 mm.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w elektrody EKG.

**Pytania dot. Pakietu nr 7 poz. 12:**

3. Czy Zamawiający dopuści lżejszą wielowarstwową włókninę opakowaniową najnowszej generacji (op. 160 sztuk) o parametrach wytrzymałościowych wyższych od parametrów żądanej włókniny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w włókniny przy przeliczeniu ilości wymaganej w SIWZ przez Zamawiającego tj. w ilości 250 szt.

**Pytania dot. Pakietu nr 7 załącznik nr 1 pkt. 2**

4. Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikami sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu ?

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ.



**Pytania dot. Pakietu nr 7:**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 5:**

6. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 elektrod o wymiarach 55 mm x 40 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w elektrod.

**Pytania dot. Pakietu nr 6:**

7. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 11 papieru o rozmiarach 110 mm x 20 m. Wedle naszej wiedzy właśnie takie rozmiary posiada papier oryginalny, produkowany obecnie przez Mitsubishi.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w papieru.

**Dotyczy terminu składania ofert:**

8. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.10.2010 roku. Wobec powyższego minimalny, zgodny z ustawą, 7-dniowy termin składania ofert powinien kończyć się nie wcześniej niż 22.10.2010 roku. Do obliczania terminów, zgodnie z art. 14 Pzp mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 111 § 2 kodeksu cywilnego: "jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nieuwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło". W przedmiotowym przypadku będzie to dzień zamieszczenia ogłoszenia. 21.10.2010 roku to siódmy dzień terminu liczonego od zamieszczenia ogłoszenia. Aby wykonawcy mieli pełne 7 dni (minimalny ustawowy termin) na przygotowanie ofert, termin składania ofert powinien się kończyć najwcześniej 8 dnia, czyli 22.10.2010.?

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił w/w zapis i przedłużył składanie ofert do dnia 25.10.2010r do godz. 10:00, a otwarcie ofert nastąpi dnia 25.10.2010r o godz. 10:15.

**Termin gwarancji:**

9. Prosimy o skrócenie minimalnego terminu gwarancji do 12 miesięcy. Zamawiający oczekuje podania w formularzu ofertowym terminu gwarancji co najmniej 24-miesięcznego. Naszym zdaniem jest to termin nieadekwatny do czasu realizacji umowy (12 miesięcy), zwłaszcza w przypadku tych pakietów, gdzie przedmiotem zamówienia jest sprzęt jednorazowego użytku.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie 12 miesięcznego okresu gwarancji w pakietach nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, natomiast w pakiecie nr 18,19 – okres gwarancji pozostaje bez zmian – 24 miesiące.



### **Zapisy Umowy:**

10. Czy w § 1 ust. 4 nie zaszła pomyłka? Z treści SIWZ wynika, że chodzi o sukcesywne dostawy, a w ww. postanowieniu wzoru umowy mowa jest o dostawie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.?

Odpowiedź:

Wzór umowy obejmuje dwa zapisy odpowiednio stosowane w zależności od pakietów–  
**Pakiet nr 18,19** - 30 dni od zawarcia umowy.

**Pakiet nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17** - sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia 10.11.2010r do dnia 09.11.2011r.

11. Prosimy o wydłużenie terminu dostaw cząstkowych przewidzianego w SIWZ do 5-7 (co najmniej 3) dni roboczych. Krótki termin jest trudny do dotrzymania i faworyzuje lokalnych dostawców.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

12. Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w § 3 ust 1 lit b) do wartości netto niezrealizowanej części umowy.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

### **Pytania dot. Pakietu nr 5:**

13. Prosimy o dopuszczenie podania, we wszystkich pozycjach z elektrodami, ceny jednostkowej za opakowanie a'30 lub a'50 sztuk elektrod z odpowiednim przeliczeniem liczby sztuk na opakowania, ewentualnie o dopuszczenie podania ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do co najmniej trzech miejsc po przecinku. Pojedyncze elektrody są bardzo tanie. Proponowane rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego, ponieważ pozwoli wykonawcom złożyć bardziej konkurencyjne cenowo oferty.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

### **Pytania dot. Pakietu nr 7 poz. 1-9:**

14. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty w pakiecie nr 7, poz. 1-9 na rękawy o parametrach zgodnych z normami PN EN 868-3 oraz PN EN 868-5 o następujących właściwościach:

- gramatura 60 g
- wytrzymałość na przedarcia w kierunku walcowania 600 mN, a kierunku poprzecznym 650 mN
- przenikanie powietrza 10 $\mu$ /Pas
- wytrzymałość na przepuklinie 330 kPa na sucho i 130 kPa na mokro
- niezwilżalność wodą 35s



- wytrzymałość papieru na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 6,33kN/m; w kierunku poprzecznym min. 3,33 kN/m
- wytrzymałość papieru na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 2,07kN/m; w kierunku poprzecznym 1,0kN/m
- zgrzewalność folii w temp. 160 – 200 ° C
- wytrzymałość na pęknięcie na sucho 330 kPa oraz 130 kPa na mokro

Gramatura oraz wszelkie partery techniczne oferowanych przez naszą firmę produktów zostały dobrane optymalnie, zapewniając odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i przepuklinie i gwarantując bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

15. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty w pakiecie nr 7, poz. 10-11 na papier do sterylizacji o parametrach zgodnych z normą PN EN 868-2 o następujących parametrach:

- Wytrzymałość papieru na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania min. 2,06 kN/m; w kierunku poprzecznym min. 1,33 kN/m
- Wytrzymałość papieru na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania min. 0,53 kN/m w kierunku poprzecznym min. 0,4 kN/m

Oferowany przez nas papier do sterylizacji posiada gramaturę 60 g/m<sup>2</sup> i pozwala na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w papieru.

16. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty w pakiecie nr 7, poz. 12 na włókninę o następujących parametrach:

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 1,0 kN/m; w kierunku poprzecznym niż 0,7 kN/m
- wytrzymałość na przepuklenie 220 kPa na sucho i 150 kPa na mokro
- wydłużenie do zerwania 9 % w kierunku wytwarzania i 8% w kierunku poprzecznym.
- gramatura nominalna 60 g/m<sup>2</sup>
- wytrzymałość na rozdarcie 1200 mN w kierunku walcowania oraz 1700 mN w kierunku poprzecznym ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w włókninę.

17. Czy w pakiecie nr 7, poz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy o szerokości 210 mm zamiast 200 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w rękaw.



**Pytania dot. Pakietu nr 8 poz. 8:**

18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z **Pakietu 3 pozycji 8** zawierającą zaciskacze do pępowiny w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 3a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

19. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu zaciskacze do pępowiny jednorazowego użytku, sterylne, plastikowe, ząbkowane ramiona połączone pierścieniem stabilizują zacisk na pępowinie, sprężysty zatrzask zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem, długość 50mm, opakowanie typu blister, gwarantujące aseptyczne otwarcie.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

20. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga zaciskaczy do pępowiny w 2 kolorach: różowy dla dziewczynek, niebieski dla chłopców?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 3 pozycja 9 i 10:**

21. Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Pakietu 3 pozycje 9 i 10** zawierające przedłużacze do pomp infuzyjnych w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 3a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 3 pozycja 10:**

22. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu przedłużacze do pomp infuzyjnych do podawania leków światłoczułych bursztynowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w przedłużacze.



**Pytania dot. Pakietu nr 5 pozycja 1,2,3,4:**

23. Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Pakietu 5 pozycje 1, 2, 3 i 4** zawierające elektrody do badań holterowskich dla dorosłych i dzieci w jeden osobny pakiet producentki (np. Pakiet 5a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 5 pozycja 1:**

24. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody dla dorosłych na piance z żelcem stałym w rozmiarze 32x40 mm.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

25. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody do badań Holtera jednorazowe o podłożu z włókniny perforowanej z żelcem stałym o  $\varnothing$  50 mm.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 5 pozycja 4:**

26. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody dla dzieci bez „języczka” na piance z żelcem stałym o  $\varnothing$  30 mm.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w elektrody.

**Pytania dot. Pakietu nr 13:**

27.

**Poz. nr 1- Fartuch ochronny z włókniny**

**Poz. nr 4- Maska chirurgiczna**

**Poz. nr 5-6- Czepek chirurgiczny**

**Poz. nr 10- Serweta zabiegowa**

**Poz. nr 14- Fartuch chirurgiczny**

**Poz. nr 16- Jednorazowe ubranie operacyjne**



**Poz. nr 18-19- Obłożenia do artroskopii-** zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 13 z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości zaoferowania:

- **Poz. nr 1-** fartucha w kolorze niebieskim, posiadającego mankiety zakończone lekko ściągającą gumką
- **Poz. nr 18-** obłożenia do artroskopii kolana o następującym składzie:

Zestaw do artroskopii I															
	<p>Skład zestawu:</p> <table border="0"> <tr> <td>1 serweta na stół i narzędziowy</td> <td>140 x 190</td> </tr> <tr> <td>1 obłożenie stolika Mayo</td> <td>80 x 145</td> </tr> <tr> <td>1 serweta pomocnicza</td> <td>150 x 150</td> </tr> <tr> <td>1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów</td> <td>320 x 200</td> </tr> <tr> <td>1 osłona na kończynie</td> <td>25 x 80</td> </tr> <tr> <td>2 taśmy samoprzylepne</td> <td>10 x 50</td> </tr> <tr> <td>2 ręczniki celulozowe</td> <td>33 x 33</td> </tr> </table>	1 serweta na stół i narzędziowy	140 x 190	1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145	1 serweta pomocnicza	150 x 150	1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów	320 x 200	1 osłona na kończynie	25 x 80	2 taśmy samoprzylepne	10 x 50	2 ręczniki celulozowe	33 x 33
1 serweta na stół i narzędziowy	140 x 190														
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145														
1 serweta pomocnicza	150 x 150														
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów	320 x 200														
1 osłona na kończynie	25 x 80														
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50														
2 ręczniki celulozowe	33 x 33														

**Poz. nr 19-** obłożenia do artroskopii stawu barkowego o następującym składzie:

Zestaw do artroskopii stawu barkowego I wzmocniony																	
	<p>Skład zestawu:</p> <table border="0"> <tr> <td>1 serweta na stół i narzędziowy</td> <td>140 x 190</td> </tr> <tr> <td>1 obłożenie stolika Mayo</td> <td>80 x 145</td> </tr> <tr> <td>1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U”</td> <td>260 x 200</td> </tr> <tr> <td>1 serweta pomocnicza</td> <td>150 x 150</td> </tr> <tr> <td>1 serweta samoprzylepna</td> <td>150 x 240</td> </tr> <tr> <td>1 osłona na kończynie</td> <td>25 x 80</td> </tr> <tr> <td>2 taśmy samoprzylepne</td> <td>10 x 50</td> </tr> <tr> <td>2 ręczniki celulozowe</td> <td>33 x 33</td> </tr> </table>	1 serweta na stół i narzędziowy	140 x 190	1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145	1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U”	260 x 200	1 serweta pomocnicza	150 x 150	1 serweta samoprzylepna	150 x 240	1 osłona na kończynie	25 x 80	2 taśmy samoprzylepne	10 x 50	2 ręczniki celulozowe	33 x 33
1 serweta na stół i narzędziowy	140 x 190																
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145																
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U”	260 x 200																
1 serweta pomocnicza	150 x 150																
1 serweta samoprzylepna	150 x 240																
1 osłona na kończynie	25 x 80																
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50																
2 ręczniki celulozowe	33 x 33																

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania poz. 1, 18,19 bez możliwości wyłączenia tych pozycji z pakietu.

#### Pytania dot. Pakietu nr 1 pozycja 1:

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z tej pozycji rozmiaru Ch 10 i utworzenie np. pozycji 1 a z uwagi na fakt iż rozmiar ten jest znacznie droższy od pozostałych rozmiarów i w konsekwencji będzie prowadziło to do sztucznego zawyżania ceny w tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. 30-go Stycznia 58, 83-110 Tczew, tel./fax. +48 58 531-38-30, tel. 777-66-73, www.nzoztczew.pl, sekretariat@nzoztczew.pl

Konto: Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, nr: 92 1440 1101 0000 0000 0782 0453

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000306925

NIP: 5932526795, REGON 220620689, Kapitał zakładowy/wpłacony 19.422.350,00 zł.



**Pytania dot. Pakietu nr 1 pozycja 6:**

29. Czy Zamawiający w tej pozycji po przez zapis „ ... sterylny z zatyczka luer lock ....”, wymaga cewników do karmienia z półprzezroczystym konektorem z redukcją na luer przez który można podawać pokarm mała strzykawka o raz zatyczka ? Jeżeli nie to prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia co Zamawiający rozumie przez zapis . . .zatyczka luer lock.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga cewnika do karmienia z redukcją na luer i zatyczką zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 1 pozycja 7:**

30. Prosimy o dopuszczenie w tej pozycji rozmiaru Ch 12 - Ch 24 lub Ch 12 – Ch 26?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga pozycji od rozmiaru Ch 12-26.

**Pytania dot. Pakietu nr 3 pozycja 3:**

31. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji worka z komorą pomiarową 400 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w worka.

**Pytania dot. Pakietu nr 3 pozycja 4:**

32. Czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji worków uniwersalnych dla dzieci czy oddzielnie dla dziewczynek i chłopców? Czy w przypadku gdy Zamawiający wymaga woreczków zróżnicowanych w zależności od płci dziecka będzie wymagał aby woreczki były pakowane w rękaw foliowo-papierowy co przy sterylizowaniu EO daje 100% pewność, iż produkt jest sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga woreczki do moczu dla dziewczynek i chłopców zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 4 pozycja 1-12:**

33. Czy Zamawiający wymaga aby na pojedynczym ostrzu znajdowały się takie informacje jak nr ostrza oraz nazwa producenta? Wymóg taki jest podyktowany szybkością i łatwą identyfikacją ostrza nawet bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.





**Pytania dot. Pakietu nr 5 pozycja 1:**

34. Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji elektrodę rozmiarze 42 x 56?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 15 pozycja 1:**

35. Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, 2 rury rozciągliwe 42-200 cm po rozciągnięciu, dodatkowa rura do worka o dł. 42-150 cm po rozciągnięciu kolanko z portem luer-lock, trójnik Y średnica rur 22mm, złączka prosta 22 M-22 M, bezlateksowy worek oddechowy pojemność 2 litry, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w worek.

**Pytania dot. Pakietu nr 15 pozycja 2:**

36. Prosimy o dopuszczenie obwód oddechowego do respiratora dla dorosłych, 2 rury elastyczne antybakteryjne o dł. 160 cm, kolanko z portem luer-lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, średnica rur 22 mm, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w obwód oddechowy.

**Pytania dot. Pakietu nr 15 pozycja 3:**

37. Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego do respiratora dla dorosłych z pułapką wodną .2 rury dł. 160 cm, rury elastyczne, dodatkowo rura do nawilżacza o dł. 42-150 cm, kolanko z portem luer-lock, trójnik Y, średnica rur 22 mm, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w obwód oddechowy.

**Pytania dot. Wzoru umowy:**

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę modyfikację §3 ust. 1a) wzoru umowy na: opóźnienia w dostawie ponad 10 dni karę umowną w wysokości 0,5% zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego na podstawie 1 ust. 4 niniejszej umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 13:**

39. Zwracamy się do państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 13 pozycji 3 i umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność,



a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 13 pozycja 9:**

40. Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 9 zaoferowano podkład nieprzemakalny w rozmiarze 80x100cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w podkładu.

**Pytania dot. Pakietu nr 13 pozycja 13:**

41. Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 13 zaoferowano prześcieradło z zielonej włókny polipropylenowej na materac o wymiarach dł. 200 cm, szer. 90 „, z podwinięciami na krótszych bokach: po 25 cm., I Zakładkami po obu ości 5 cm od brzegu tworząc tym samym kieszeń – zabezpieczenie, by można było nałożyć na górę i dół materaca tak aby się nie zsuwało?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w prześcieradło.

**Pytania dot. Pakietu nr 13 pozycja 17:**

42. Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 17 zaoferowano komplet pościeli w składzie: poszwa 140x210 cm, poszewka 80x90 cm, prześcieradło 130x210 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w komplety pościeli.

**Pytania dot. Pakietu nr 13 pozycja 18:**

43. Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 18 zaoferowano obłożenie do artroskopii kolana w składzie:

- a) Serweta o wymiarach 220x320 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm
- b) Osłona na kończynę 37x75 cm,
- c) Dwie taśmy lepne 9x49 cm
- d) Dwa ręczniki 30x40 cm
- e) Serweta- owinięcie obłożona, w rozmiarze 150x180 cm, która może służyć jako przykrycie stolika instrumentariuszki?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w obłożenie do artroskopii kolana.

**Pytania dot. Pakietu nr 13 pozycja 19:**

44. Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 19 zaoferowano obłożenie do artroskopii barku w składzie:

- a) Serweta 150x200 cm z wycięciem 10x50 cm wykończonym taśmą samoprzylepną,



- b) Serweta 180x220 cm z taśmą
- c) Osłona na kończyne 37x75
- d) Taśma Lepna 9x49 cm
- e) Dwie ściereczki chłonne 30x40 cm
- f) Osłona na stolik Mayo 79x145 cm
- g) Serweta – owinięcie obłożenia, w rozmiarze 150x180 cm, która może służyć jako przykrycie stolika instrumentariuszki?

lepna  
cm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w obłożenie do artroskopii barku.

**Pytania dot. Pakietu nr 3 pozycja 6:**

45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opasek identyfikacyjnych przezroczystych, ale zabarwionych na kolor niebieski lub różowy. Zabarwienie nie wpływa negatywnie na właściwości użytkowe produktu i umożliwia swobodne odczytanie danych umieszczonych w okienku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 3 pozycja 8:**

46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji zaciskacza do pępownin sterylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 5 pozycja 5,6:**

47. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji żelu zarejestrowanego w klasie I niesterylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w żelu.

**Pytania dot. Pakietu nr 11 pozycja 1, 2:**

48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładów opisanych na załączonej ulotce z jednoczesnym udostępnieniem pojemników do tych wkładów? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie ilości pojemników użytkowanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 11 pozycja 1:**

49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji wkładów o pojemności 1300ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.



### **Pytania dot. Pakietu nr 12 pozycja 1:**

50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji następujących filtrów:

Filtr oddechowy wirusowo - bakteriobójczy z wkładem hydrofobowym połączony z wymiennikiem ciepła i wilgoci cechuje się ruską opornością i wysoką efektywnością filtracji bakterii i wirusów >99,999% chroniąc urządzenie przed ryzykiem kontaminacji. Wymiennik ciepła i wilgoci przechwytyje ciepło i wilgoć z gazów wydychanych przez pacjenta. W czasie wdechu natomiast uwalnia wilgoć i w tym samym czasie ogrzewa gazy Z respiratora. Po pacjenta doprowadzone jest powietrze nawilżone i ciepłe. Filtr jest przeznaczony do jednorazowego użytku w opiece anestetycznej i intensywnej opiece medycznej.

- Aktywne medium filtracyjne filtra wykonane jest z włókna syntetycznego. Włókna i cząsteczki mają przeciwne ładunki i wzajemnie się przyciągają. Włókna są impregnowane dla wzmocnienia ich naładowania.
- Połączenia ISO 22 i 15 zgodne z międzynarodowymi standardami zapewniają bezpieczeństwo i pewność stosowania (22mm f/ 15mm m-22 mm m/ 15mm l).
- Emisja wilgoci (mg/H<sub>2</sub>O/l): V 1000ml=30,1; V1 750ml=130,4; VT 500ml=31,2,
- Port do kapnografii zamknięty jest zatyczką, które połączona jest na stałe z filtrem.
- Waga: 29g.
- Objętość pływowa: 300-1500ml.
- Przestrzeń martwa: 45ml.
- Oporność: 0,5l/s=1, 3hPa; 1,0l/s=3, 2hPa; 1,5l/s=5,5hPa.
- Obudowa przezroczysta.
- Czas działania do 24 godzin. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

### **Pytania dot. Pakietu nr 12 pozycja 2:**

51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji następujących filtrów:

Filtr oddechowy wirusowo bakteriobójczy z wkładem hydrofobowym cechuje się niską opornością i wysoką efektywnością filtracji bakterii i wirusów >99,999% chroniąc urządzenie przed ryzykiem kontaminacji.

Filtr jest przeznaczony do jednorazowego użytku w opiece anestetycznej i intensywnej opiece medycznej.

Połączenia ISO 22 i 15 zgodne z międzynarodowymi standardami zapewniają bezpieczeństwo i pewność stosowania (22mm f/ 15mm m-22 mm m/ 15mm f).

- Port do kapnografii zamknięty jest zatyczką, które połączona jest na stałe z filtrem,
- Waga: 28,5g.



- Objętość pływowa: 300-1500ml.
- Przestrzeń martwa: 45ml.
- Oporność: 0,5l/s=0,95hPa; 1,0l/s=2,4hPa; 1,5l/s=4,0hPa.
- Obudowa przezroczysta.
- Czas działania do 24 godzin. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 13 pozycja 5:**

52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków z cienkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 13 pozycja 7:**

53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji ochraniaczy na byty włókninowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 13 pozycja 8:**

54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji podkładów w rozmiarze 150x90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w podkładów.

**Pytania dot. Pakietu nr 13 pozycja 9:**

55. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji podkładów w rozmiarze 134x90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w podkładów.

**Pytania dot. Pakietu nr 13 pozycja 11:**

56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji podkładów w rozmiarze 160x90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w podkładów.



**Pytania dot. Pakietu nr 13 pozycja 18:**

57. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji obłożenia o następującym składzie:

Zestaw serwet do artroskopii nr 1

1 x Serweta na stolik 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm wzmocniona

1 x Serweta do artroskopii 200 x 320cm z osłoną na kable i otworem elastycznym samouszczelniającym się 6 x 8cm

1 x Nogawica 30 x 60cm

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w serwety.

**Pytania dot. Pakietu nr 13 pozycja 19:**

58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji obłożenia o następującym składzie:

Zestaw serwet do artroskopii nr 2

1 x Serweta na stolik 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo, wzmocniony 80 x 140cm

1 x Osłona na kończyne 30x60cm

2 x Taśma przylepna 10x50cm

1 x Serweta artroskopowa wyposażona w otwór samouszczelniający się, 3- warstwowa 200x320cm, otwór 6x8cm

1 x Torebka na płyny 60x100cm.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort 14x250cm

2 x Ręcznik do rąk ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w serwety.

**Pytania dot. Pakietu nr 14 pozycja 1,2:**

59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji butelek z końcówką dostosowaną do drenów o średnicy od 6 — 18F?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w drenów.



**Pytania dot. Pakietu nr 14 pozycja 3-7:**

60. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów o długości 500 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 14 pozycja 5:**

61. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji drenów 27 CH?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 14 pozycja 7:**

62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji drenów 33 CH?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 14 pozycja 3-7:**

63. Czy zamawiający wymaga drenów wykonanych ze 100% silikonu, który jest bezpieczniejszy w użyciu, szczególnie u pacjentów uczulonych na lateks? Chcielibyśmy zaznaczyć, iż zastosowanie drenów silikonowych nie podnosi kosztów a zwiększa bezpieczeństwo pacjentów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga takich drenów – zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Zapisów Umowy:**

64. Wzór umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku opóźnienia w dostawie ponad 10 dni za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%. 2. Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy presortowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.



**Pytania dot. Pakietu nr 1:**

65. Prosimy o wydzielenie z pakietu poz. 10 -dren do ssaka i utworzenie z tej pozycji odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Pytania dot. Pakietu nr 11:**


66. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wkładów workowych z jednym uchwytem do demontażu oraz jednym portem przyłączeniowym - w kierunku pacjenta. Drugi port ( do podłączenia źródła ssania) zainstalowany jest w zewnętrznym kanistrze wielorazowego użytku. Takie konstrukcyjne rozwiązanie czyni system znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym od opisanego w SIWZ ponieważ czynności personelu w trakcie zmiany wkładu workowego ograniczona są do obsługi tylko jednego króćca.

Tylko jeden króciec przyłączeniowy we wkładzie workowym eliminuje w 100% prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów, co często się zdarza w systemach, które mają dwa króćce przyłączeniowe — jak opisany w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Z poważaniem

LECA DYREKTORA  
ds. Administracyjno-Organizacyjnych  
  
Tomasz Bronk