

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w podstawę specjalnie wyprofilowaną, tak aby umożliwić wsunięcie nóg operatora oraz przystosowaną do mycia i dezynfekcji bez miejsc trudnodostępnych ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół operacyjny, wyposażony w pilot bez kolorowego wyświetlacza, ale z podświetlanymi klawiszami ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści regulację podglówka w zakresie -90 stopni do +40 stopni ? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność stołu.

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu pleców w zakresie +90 stopni do -45 stopni ? Powyższy zakres regulacji w zupełności wystarcza przy wykonywaniu większości operacji.

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu 420 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od oczekiwanego i nie pogarsza funkcjonalności stołu oraz gwarantuje doskonały – 100% dostęp ramienia C.

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu 320 cm?

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści regulację pozycji Trendeleburga w zakresie +30 stopni ?

Powyższy zakres regulacji w zupełności wystarcza przy wykonywaniu większości operacji.

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłów bocznych blatu w zakresie 20 stopni w każdą stronę? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność stołu.

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 578 mm – 1179 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją podnóżków w zakresie -105° do + 30°?

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści stół bez możliwości przyłączenia akcesoriów napędzanych elektrycznie z gniazd zasilających na panelu sterującym? Wymaganie takie wskazuje na orientację Zamawiającego na jednego wykonawcę.

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści stół z funkcją zabezpieczenia przed kolizją elementów stołu, ale bez sygnalizacji na pilocie ?

Odp. Należy stosować zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści stół bez złącza komputerowego wbudowanego w podstawę stołu ? W proponowanym stole diagnostykę wykonuje się w inny równie precyzyjny sposób.

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści stół z bezpiecznym obciążeniem roboczym 250 kg w pozycji horyzontalnej oraz 170 kg we wszystkich położeniach ?

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 15

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu podpory Goepla umocowane do szyn bocznych stołu zamiast tylko i wyłącznie do stelaża podnóżka? Oferowane rozwiązanie pozwala na znacznie szersze możliwości pozycjonowania podpór Goepla od oczekiwanego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 30 dni od daty zawarcia umowy do 56 dni? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę ?

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 17

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z tytułu zwłoki w wykonaniu lub należywym wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy z 1% na 0,1% wartości umownej brutto przedmiotu zamówienia, nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 18

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2165 mmm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania 19

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o całkowitej szerokości z poręczami bocznymi 1018 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża, wychodzącymi w minimalnym stopniu poza obrys łóżka?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Czy zamawiający z uwagi na możliwość złożenia korzystnej cenowo oferty na łóżka dopuści łóżka o szerokości całkowitej 985 mm?

Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od siwz 35mm tj 3,5 cm.

Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Czy zamawiający z uwagi na możliwość złożenia korzystnej cenowo oferty na łóżka, dopuści łóżka, w których rama leża jest wypełniona metalową, lakierowaną siatką, montowana na stałe?

Ponad to parametr ten uczyni łóżko bardziej ergonomicznym, np. pozwoli na bezpieczne przeprowadzanie masażu serca.

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 23

Czy zamawiający z uwagi na możliwość złożenia korzystnej cenowo oferty na łóżka, dopuści łóżka wyposażone w barierki boczne, spełniające wszystkie normy prawne w tym zakresie, chromowane, składane wzdłuż ramy łóżka (nie wychodzące poza obrys łóżka)?

Dopuszczenie w/w rozwiązania zwiększy konkurencję, tym samym umożliwi zamawiającemu tańszy zakup.

Za oszczędzone pieniądze można np. dokupić parę łóżek.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24.

1. Czy Zamawiający dopuści dłuższy termin realizacji zamówienia? Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni roboczych od dnia podpisania umowy ze względu na duże obłożenie produkcji w tym okresie wynikające ze złożonych zamówień.

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 25.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania łożko szpitalne którego długość całkowita jest równa 2170 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26.

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania łożko szpitalne na wyposażeniu którego znajdują się krążki odbojowe bez listew ochronnych?

Odp. Należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 27.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łożko szpitalne z ramą wypełnioną metalową, odejmowaną z elektro-galwanizowaną siatką, wykazującą znacznie większą odporność na korozję niż siatka lakierowana?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik przyłóżkowy z uchylnym blatem z tworzywa ABS wraz z ogranicznikami zabezpieczającymi?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik przyłóżkowy którego wymiary blatu są równe 600 x 400 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik przyłóżkowy którego zakres regulacji wysokości jest równy 880 – 1055 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik przyłóżkowy z nylonowymi kółkami?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SZPITAL POWIATOWY W TCZEWIE
TCZEWSKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.
83-110 TCZEW, ul. 30-go Stycznia 58
tel./fax 58-531-38-30
NIP 593-25-26-795 REGON 220620689

Z CA DYREKTORA
Zs. Administracyjno-Organizacyjnych
Zs. Administracyjno-Organizacyjnych
Tomasz Bronk
Tomasz Bronk