

Tczew dnia 21.10.2011

Dot.: postępowania 20/PN/2011 „Dostawa leków i materiałów opatrunkowych”

Odrzucenie Oferty

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zmianami). Zamawiający odrzuca ofertę firmy:

Mercator Medical
31-327 Kraków
ul. H. Modrzejewskiej30




Zamawiający po uwzględnieniu sprzeciwu wniesionego przez Zarys Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-608 Zabrze, odrzuca ofertę firmy Mercator Medical.

Uzasadnienie


Oferta wykonawcy jest niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 5 w Pakiet nr 1 pozycja 13-15 SIWZ. Zamawiający wymagał rękawic nitrylowych z przedłużonym mankietem o długości dla rozm. XS i S - 292mm oraz rozm. M, L i XL - 295mm oraz rękawic nitrylowych z przedłużonym mankietem o grubości na palcu 0,17mm i dłoni 0,11mm. Produkt wykonawcy Mercator Medical rękawice NITRYFLEX PF nie posiadają wymaganego przedłużonego mankieta dla rozmiarów M i L - 295 oraz nie posiadają wymaganych grubości na palcu 0,17 mm i 0,11 mm na dłoni.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Komisja:

Zatwierdzam:

Wiceprezes Zarządu

Marzena Mrozek

PREZES ZARZĄDU

Jacek Aleksander Boniecki