



**SZPITALE  
TCZEWSKIE SA**

## OGŁOSZENIE

### Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 25/PN/2011

Sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku oraz produktów i wyrobów farmaceutycznych, na potrzeby Zamawiającego

Z dnia: 22-11-2011r.

Zamawiający

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZPITAL POWIATOWY W TCZEWIE  
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA  
(dawniej Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)**

Adres

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

#### **Pytanie 1.**

Pakiet nr 1:

Prosimy o wydzielenie poz. 16, 17 i 18 oraz utworzenie z nich odrębnego pakietu. Pozwoli to na złożenie większej liczby ofert cenowo i produktowo korzystniejszych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pytanie 2.**

Pakiet nr 1, pozycja 13-15

Czy Zamawiający oczekuje rękawic nitrylowych z przedłużonym mankietem o długości dla rozm. XS i S - 292mm oraz rozm. M, L i XL - 295mm?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękawic S – 292 mm, M – 295 mm, L – 295 mm**

#### **Pytanie 3.**

Pakiet nr 1, pozycja 13-15

Czy Zamawiający oczekuje rękawic nitrylowych z przedłużonym mankietem o grubości na palcu 0,17mm i dłoni 0,11mm?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękawic o grubości na palcu 0,17 mm i dłoni 0,11 mm**

#### **Pytanie 4.**

Pakiet nr 1, pozycja 16-18

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'50szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 5.**

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrożelowy w rozm. 10cm x 20cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### **Pytanie 6.**

Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrożelowy w rozm. 22cm x 28cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**