



**SZPITALE
TCZEWSKIE SA**

OGŁOSZENIE

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 20/PN/2012 Dostawa Gazów do celów medycznych Zamawiającego

Z dnia: 11-07-2012r.

Nazwa (firma) Zamawiającego

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W TCZEWIE
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA**

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

1. Czy Zamawiający, zamawiając poszczególne partie produktu – Tlen sprężony medyczny – Pakiet 2 – zamierza również korzystać z lekkich butli 2l, 5l i 10l wykonanych ze stopów aluminium (tzw. butle aluminiowe)?

Odpowiedź: W pakiecie nr 2 butle 2 L. i 5 L. są własnością Zamawiającego zgodnie z opisem w załączniku nr 4 dla Pakietu nr 2. Zamawiający w przypadku butli 2L posiada butle zarówno stalowe jak i aluminiowe. W przypadku butli 5L Zamawiający posiada tylko butle stalowe. W przypadku butli 10 L. Wykonawca zapewnia ten rodzaj butli – Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zarówno butli stalowych jak i aluminiowych (decyzja Wykonawcy).