



**SZPITALE  
TCZEWSKIE SA**

## OGŁOSZENIE

### Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 26/PN/2012

#### Dostawa Sprzętu i Materiałów Jednorazowego użytku

#### na potrzeby Zamawiającego

Z dnia: 30-10-2012r.

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskie.pl

#### Pytanie 1

Dotyczy: Pakiet 5 poz. 2

Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 45 x 55 na podłożu mikroporowatym z żelazem stałym do badań holterowskich?

Uzasadnienie: Materiał miroporowaty zapewnia znakomite przyleganie elektrod do skóry. Dzięki zwiększonej powierzchni klejącej elektrody- eliminowane jest ryzyko artefaktów, a co za tym idzie zapis sygnału EKG jest bardzo dobry- co jednoznacznie generuje oszczędności czasu oraz finansów. Elektrody na podłożu mikroporowatym są znacznie bardziej przyjazne dla skóry pacjenta, co przy długotrwałym badaniu jest także kwestią znaczącą.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### Pytanie 2

Dotyczy: Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody na podłożu mikroporowatym o wymiarach 43 x 45 z żelazem stałym?

Uzasadnienie: Materiał miroporowaty zapewnia znakomite przyleganie elektrod do skóry. Dzięki zwiększonej powierzchni klejącej elektrody- eliminowane jest ryzyko artefaktów, a co za tym idzie zapis sygnału EKG jest bardzo dobry- co jednoznacznie generuje oszczędności czasu oraz finansów. Elektrody na podłożu mikroporowatym są znacznie bardziej przyjazne dla skóry pacjenta, co przy długotrwałym badaniu jest także kwestią znaczącą. Proponowane elektrody są multifunkcjonalne- mogą być więc wykorzystywane przy różnych typach badań EKG.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 3

Dotyczy: Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 32 x 38 na podłożu mikroporowatym?

Uzasadnienie: Materiał miroporowaty zapewnia znakomite przyleganie elektrod do skóry. Dzięki zwiększonej powierzchni klejącej elektrody- eliminowane jest ryzyko artefaktów, a co za tym idzie zapis sygnału EKG jest bardzo dobry- co jednoznacznie generuje oszczędności czasu oraz finansów. Elektrody na podłożu mikroporowatym są znacznie bardziej przyjazne dla skóry pacjenta, co przy długotrwałym badaniu jest także kwestią znaczącą. Proponowane elektrody są multifunkcjonalne- mogą być więc wykorzystywane przy różnych typach badań EKG.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 4

Dotyczy: Pakiet 5 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dostarczenia próbek do Pakietu 5 poz. 1, 2, 3, 4\_ ?

Uzasadnienie:

Przedmiotowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale XIII jako kryterium wyboru oferty uznaje cenę jako 100% wagi oceny, nie zawiera natomiast kryterium oceny jakości zamówienia poprzez badanie próbek. Dostarczenie próbek przez Wykonawcę uznaje się więc za bezcelowe z punktu widzenia procedury przetargowej.

Jeśli zamawiający bezwzględnie nie zamierza odstąpić od dostarczenia próbek, zobowiązany jest- na podstawie artykułu 91 ust 1 i 2 w związku z art. 36 ust. 1 pkt. 13 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia

2004r. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 (ze zm.) do zawarcia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował podczas wyboru oferty. Należy również wyjaśnić znaczenie wspomnianych kryteriów oraz sposób wyboru oferty. Kryteria te - w odniesieniu do próbek powinny bezwzględnie dotyczyć sposobu oceny jakości dostarczonych materiałów.

Ponadto zamawiający powinien określić: cel dostarczenia próbek, procedurę przeprowadzenia oceny jakości próbek w sposób nie naruszający zasad prowadzenia postępowania oraz określić sposób zapłaty za dostarczone próbki.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Próbki nie stanowią kryterium oceny ofert, zatem powoływanie się na zapisy Art. 91 ust. 1 i 2 w związku z Art. 36 ust. 1 pkt. 13 jest co najmniej niewłaściwe. Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena, co jasno wskazuje zapis części XIII SIWZ oraz zapis w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający zatem nie jest zobowiązany do wskazywania jakichkolwiek dodatkowych kryteriów, skoro jedyne kryterium, które przewidział to cena.**

**Żądanie dostarczenia próbek ma na celu potwierdzenie zgodności oferowanego asortymentu z wymogami SIWZ. Zamawiający w ten sposób zamierza zbadać czy próbki asortymentu odpowiadają wymaganiom określonym przez niego w SIWZ. Zgodnie z Art. 97, ust. 2 PZP Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek złożone przez nich próbki.**

#### **Pytanie 5**

Pakiet nr 5 poz. 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową za 1 szt. podaną z dokładnością do 4 miejsc po przecinku**

#### **Pytanie 6**

Pakiet nr 5 poz. 3-4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 30 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową za 1 szt. podaną z dokładnością do 4 miejsc po przecinku**

#### **Pytanie 7**

Pakiet nr 5 poz. 4

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie wymaganych ilości na op. – 30 szt., prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować wówczas 534 op. po 30 szt. (zaokrąglenie do pełnych opakowań) czy 533,34 op. po 100 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową za 1 szt. podaną z dokładnością do 4 miejsc po przecinku**

#### **Pytanie 8**

Pakiet nr 5 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do EKG o jasno-żółtym, przezroczystym kolorze, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 9**

Projekt umowy - §1 ust. 4 /termin dostaw/  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu dostaw na maks. 4 dni robocze.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 10**

SIWZ – numery katalogowe oferowanych produktów  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości podania numerów stosowanych w programie sprzedażowym wykonawcy, które będą umieszczone również na fakturze, więc Zamawiający będzie mógł zweryfikować czy dostarczony Mu produkt odpowiada oferowanemu produktowi w ofercie przetargowej, w sytuacji gdy producent nie nadaje swoim produktom nr katalogowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 11**

Projekt umowy - §3 ust. 1 lit. c, d  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 15% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 12**

Pakiet nr 6 poz. 6  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. poz. papieru o rozm. 80 mm x 25 m /papier do EKG, z nadrukiem/, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 432 rolki po 25 m.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 13**

Dotyczy Pakiet nr 7, pozycja nr 1-9  
Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów dwu wskaźnikowych (do pary wodnej, tlenu etylenu) czy też trzy wskaźnikowych (do pary wodnej, tlenu etylenu, formaldehydu).

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 14**

Dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 1, pkt c)  
Uprzejmie prosimy o zmianę określonej we wzorze umowy wysokości kary za nieuzasadnione zerwanie umowy do 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Nieuzasadnione zerwanie umowy nie może mieć miejsca.**

#### **Pytanie 15**

Pakiet 9 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści preparat przeznaczony do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzony dermatologicznie, chroniący i pielęgnujący skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, o neutralnym pH dla skóry, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, zarejestrowany jako kosmetyk, w opakowaniach a 1l typu „soft airless” (system zamknięty) po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

W razie wyrażenia zgody na ww. preparat prosimy o podanie liczby dozowników wymaganych przez Zamawiającego. Informujemy Zamawiającego, że Wykonawca zapewni odpowiednią ilość dozowników określoną przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 16**

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym i nawilżającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 1l typu „soft airless” (system zamknięty) po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

W razie wyrażenia zgody na ww. preparat prosimy o podanie liczby dozowników wymaganych przez Zamawiającego. Informujemy Zamawiającego, że Wykonawca zapewni odpowiednią ilość dozowników określoną przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 17**

Dotyczy Pakiet nr 7, pozycja nr 13:

Czy w miejsce wkładek absorpcyjnych 300mm x 500mm Zamawiający dopuści wkładki 305mm x 610mm w opakowaniu 1000sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 18**

Pakiet 7 parametry techniczne do pozycji nr 1-9:

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe o parametrach:

- (papier) wytrzymałość na przepuklenie na mokro 70 kPa,
- (papier) niezwilżalność wodą 28 sekund,
- (papier) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 1,6 kN/m, w kierunku poprzecznym 0,8 kN/m,

- (folia) zgrzewalna w temperaturze 165-190°C ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 19**

Pakiet 7 parametry techniczne do pozycji nr 1-9: Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikami sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu bez wskaźnika procesu sterylizacji formaldehydowej ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 20**

Projekt umowy, zapis §1 pkt. 4a: Czy Zamawiający zechce wydłużyć termin dostawy do 5 dni?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 21**

Projekt umowy, zapis §3 pkt. 1a i 1b: Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar umownych na 0,2% niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w przypadku pierwszego opóźnienia i 0,5% niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w przypadku drugiego opóźnienia?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 22**

Czy Zamawiający zechce przesunąć termin składania o dwa dni? Część przewoźników nie świadczy usług transportowych lub pełni tylko dyżury w dniu 02.11.2012 r.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 23**

**Dotyczy Pakietu 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1 - 9) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 24**

**Dotyczy Pakietu 7:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o wytrzymałości na przedarcie w kierunku wytwarzania 650mN?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 25**

**Dotyczy Pakietu 7:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na przepuklenie na sucho 350kPa.? Prosimy o obiektywne uzasadnienie wymogu Zamawiającego dotyczącego wytrzymałości na przepuklenie na sucho  $\geq 400\text{kPa}$ . Obowiązujące wymogi normatywne dla rękawów do sterylizacji zostały opracowane w celu wprowadzenia standaryzacji i ujednoczenia parametrów technicznych rękawów służących do sterylizacji używanych w placówkach służby zdrowia. Wszystkie dodatkowe zalety oferowanych rękawów czy wartości ponadnormatywne powinny być traktowane jako walor dodatkowy, nigdy zaś jako parametr graniczny.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 26**

**Dotyczy Pakietu 7:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na przepuklenie na mokro 70kPa? Prosimy o obiektywne uzasadnienie wymogu Zamawiającego dotyczącego wytrzymałości na przepuklenie na mokro  $\geq 150\text{ kPa}$  papieru służącego do produkcji rękawa do sterylizacji aż czterokrotnie przekraczającego wartość określoną normą PN EN 868-3, która wynosi  $\geq 35\text{ kPa}$ . Obowiązujące wymogi normatywne dla rękawów do sterylizacji zostały opracowane w celu wprowadzenia standaryzacji i ujednoczenia parametrów technicznych rękawów służących do sterylizacji używanych w placówkach służby zdrowia. Wszystkie dodatkowe zalety oferowanych rękawów czy wartości ponadnormatywne powinny być traktowane jako walor dodatkowy, nigdy zaś jako parametr graniczny.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 27**

**Dotyczy Pakietu 7:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 1.3kN/m, w kierunku poprzecznym 0.7kN/m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 28**

**Dotyczy Pakietu 7:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe zgrzewalne w temperaturze 180-220°C?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 29**

**Dotyczy Pakietu 7:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o przenikalności powietrza  $6,6 \mu/\text{Pa}\cdot\text{s}$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 30**

**Dotyczy Pakietu 7:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z folią o wytrzymałości na rozdarcie min.  $379 \text{ Kg}/\text{cm}^2$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 31**

**Dotyczy Pakietu 7:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o niezwilżalności wodą 25s, z uwagi na wymagania normatywne, które wynoszą min. 20 sek.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 32**

**Dotyczy Pakietu 7:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o zgrzewie fabrycznym o wytrzymałości nie mniejszej niż  $3,7 \text{ N}/15\text{mm}$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 33**

*PAKIET NR 12*

*Poz. nr 1- Fartuch ochronny z włókniny*

*Poz. nr 4- Maska chirurgiczna*

*Poz. nr 5-6- Czepek chirurgiczny*

*Poz. nr 7- Ochraniacze na buty*

*Poz. nr 8-9- Podkłady nieprzemakalne*

*Poz. nr 10- Serweta zabiegowa*

*Poz. nr 15- Fartuch chirurgiczny*

*Poz. nr 17- Jednorazowe ubranie operacyjne*


*Poz. nr 19- Obłożenia do artroskopii kolana*

*Poz. nr 20- Obłożenia do artroskopii stawu barkowego*

*Poz. nr 23 – Osłona jałowa na przewody medyczne*

zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 12 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości zaoferowania:

- **Poz. nr 1-** fartucha w kolorze niebieskim, posiadającego mankiety zakończone lekko ściągającą gumką
- **Poz. nr 4** – maski medycznej jednorazowego użytku o wydajności w zakresie filtracji bakterii >98% Pozostałe parametry bez zmian.
- **Poz. nr 6-** czepka męskiego wykonanego z włókniny wiskozowej;
- **Poz. nr 7-** ochraniaczy na buty wykonanych z przewiewnej włókniny z antypoślizgową foliową aplikacją;
- **Poz. nr 9-** podkładu nieprzemakalnego w rozmiarze 60 x 90 cm;
- **Poz. nr 15-** Fartucha chirurgicznego zapinanego w okolicy karku na rzep (wiązany na troki w talii);
- **Poz. nr 15-** prosimy o sprecyzowanie jakiego rozmiaru fartucha oczekuje Zamawiający
- **Poz. nr 19-** obłożenia do artroskopii kolana o następującym składzie:




#### Zestaw do artroskopii II

##### Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy	100 x 150
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta na kończynę z elastycznym, samouszczelniającym się otworem (ø 7 cm)	300 x 200
1 osłona na kończynę	35 x 55
3 taśmy samoprzylepne	10 x 50
1 osłona na kamerę	13 x 250

- **Poz. nr 20-** obłożenia do artroskopii stawu barkowego o następującym składzie:



#### Zestaw do artroskopii stawu barkowego I wzmocniony

##### Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy	140 x 190
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U”	260 x 200
1 serweta pomocnicza	150 x 150
1 serweta samoprzylepna	150 x 240
1 osłona na kończynę	25 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
2 ręczniki celulozowe	33 x 33

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Dla poz. 15 Zamawiający oczekuje fartucha o rozmiarach L i XL**

#### Pytanie 34

##### PROJEKT UMOWY

**§ 3, ust. 1 a- d-** wnosimy o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kar umownych, które w aktualnym brzmieniu stanowią kary rażąco wygórowane.

Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenia przez zamawiającego kary umownej, jednakże jej wysokość musi pozostawać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody jaką może on ponieść. Zgodnie bowiem z art. 484 §2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. "Rażąco wygórowanie" jako okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegana jako porównanie rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowiązania w stosunku do wysokości zastrzeżonej kary umownej (B. Księżopolski, *Uwagi o miarkowaniu kar umownych w obrocie uspołecznionym*, PiP 1970, z. 3-4, s. 520). Kryterium oceny rażącego wygórowania może być także relacja jej wysokości do odszkodowania należnego wierzycielowi na zasadach ogólnych (P. Drapała, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2005, z. 7-8, poz. 97; P. Granecki, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2006, z. 1, poz. 2; K. Zagrobelny, glosa do wyroku SN z 23 marca 2006 r., IV CSK 89/05, OSP 2007, z. 6, poz. 66; wyrok SN z 20 maja 1980 r., I CR 229/80, OSNC 1980, nr 12, poz. 243; wyrok SN z 11 października 2007 r., IV CSK 181/07, OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 48). Ze stanem "rażącego wygórowania" mamy do czynienia, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykonana je nienależycie, a wierzyciel nie poniesie szkody. W ocenie wnioskodawcy zaistnienie takiej sytuacji w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione i zastrzeżenie tak wysokich kar umownych w przypadku kilkudniowego opóźnienia narusza zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowi podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania. Wobec powyższego wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych w zakresie:

- § 3, ust. 1 a do kwoty 0,2%,
- § 3, ust. 1 b do kwoty 0,2 %
- § 3, ust. 1 c-d do kwoty 10 % niezrealizowanej części umowy

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 35**

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley 2 – drożny o pojemności balonu:

- 3-5ml dla rozmiaru CH10
- 5-10ml dla rozmiaru CH12-CH24
- 30ml dla rozmiaru CH26 ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 36**

Pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z zadania 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 37**

Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do lewatywy zakończonego miękkim drenem z otworem końcowym oraz dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 38**

Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z filtrem hydrofobowym w komorze i zastawką w worku, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 39**

Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści woreczki do moczu dla dzieci w opakowaniu foliowym?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 40**

Pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opaskę do identyfikacji o długości min. 16,5cm?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 41**

Pakiet nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opaskę do identyfikacji o długości min. 25cm?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 42**

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający oczekuje ostrzy chirurgicznych z wygrawerowaną na ostrzu nazwą producenta oraz rozmiarem ostrza?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ostrzy chirurgicznych z wygrawerowanym na ostrzu przynajmniej rozmiarem**



## **ostrza**

### **Pytanie 43**

Pakiet nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kieliszki niesterylne w opakowaniach a'80 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 44**

Pakiet nr 11, poz. 1-3, 10-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-3, 10-13 z zadania 11 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 45**

Pakiet nr 11, poz. 4-6, 8

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „nie zawierającego ftalanów” mając na uwadze stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zastosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych :

„Wyroby medyczne zawierające PCV, nie powinny być obecnie wycofywane z rynku wyrobów medycznych. Nie wydaje się także, by – wobec umiarkowanego poziomu ryzyka stosowania tych wyrobów istniały przesłanki do ograniczenia stosowania takich wyrobów” – pismo do wglądu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Pragniemy także poinformować, że informacją potwierdzającą bezpieczeństwo wyrobu medycznego są dokumenty tj. certyfikat CE, deklaracja zgodności. Odstąpienie od wymogu „nie zawierającego ftalanów” pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie znacznie korzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 46**

Pakiet nr 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną posiadającą integrowany sztywnik metalowy?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 47**

Pakiet nr 12 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści podkład dwuwarstwowy o perforacji 38cm, dł. Całkowitej 50mb i szerokości 50cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 48**

Pakiet nr 12 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści podkład dwuwarstwowy o perforacji 50cm, szerokości 60cm i długości całkowitej 40mb z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 49**

Pakiet nr 12 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z polipropylenu?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 50**

Pakiet nr 12 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne tylko w 1 kolorze?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 51**

Pakiet nr 12 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o składzie:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 180cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) o wym. 200 x 300cm

Serweta z otworem samouszczelniającym się, otwór śr.3,5 cm. Serweta 3-warstwowa, z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym.170 x 180cm

Serweta wykonana z włókniny, samoprzylepna.

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 40x40cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 52**

Pakiet nr 12 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody.

Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 53**

Pakiet nr 12 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z

zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody.

Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm

Torebka z przezroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące do ufixowania torebki, portem do odsysania treści w dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwi dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 54**

Pakiet nr 13 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści butelkę do odsysania dostosowaną do różnych średnic drenów od 6F-18F?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 55**

Pakiet nr 13 poz. 8-13

Czy Zamawiający dopuści dren Redona pakowany nie formie prostej tylko w formie zwiniętej?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 56**

Pakiet nr 15 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia z igłą prowadzącą o długości 34mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 57**

**dot. Pakietu nr 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 12 pozycji 15 (Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny) i utworzenie odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 58**

Dot. pakiet 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków w opakowaniach 75 szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 59**

Czy nastąpiła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia, ponieważ zagłębniki żołądkowe wyposażone w zatyczkę produkowane są do rozmiaru CH22, natomiast powyżej rozmiaru 22 tj. od CH24 do CH36 produkowane są bez

wbudowanej zatyczki. Jednakże ten sam producent oferuje zagłębniki o rozmiarach od CH24 do CH36 z dodatkową zatyczką (osobną) ale która jest jak najbardziej kompatybilna ze zagłębnikami w większych rozmiarach a różnią się minimalnie jedynie ceną od zagłębników w mniejszych rozmiarach. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści takie zagłębniki od tego samego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zagłębniki żołądkowe z zatyczkami**

**Pytanie 60**

Pakiet 7, pozycja 5 – prosimy o dopuszczenie rękawa o szerokości 210 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 61**

Pakiet 7, pozycja 18 – prosimy o dopuszczenie rękawa o szerokości 250 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 62**

Pakiet 7, pozycja 14-20 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o długości rolki 70 m z odpowiednim przeliczeniem ceny w ofercie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ceny**

**Pytanie 63**

Pakiet 7, pozycja 21 – prosimy o dopuszczenie opakowań typu SMS o gramaturze 43 g/m<sup>2</sup> o parametrach jak na załączonej karcie charakterystyki (zał. Nr 1)

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sformułowania pytania w sposób jednoznaczny, zapewniający zachowanie zasad konkurencji, którego treść będzie możliwa do opublikowania. Zamawiający nie akceptuje dołączania do pytań załączników, których zeskanowanie wiąże się z ujawnieniem danych Wykonawcy zadającego pytanie, w związku z umieszczonymi pieczęciami Wykonawcy. Ponadto załączniki są nieczytelne.**

**Pytanie 64**

Pakiet 7, pozycja 1-9 – prosimy o dopuszczenie rękawów o gramaturze papieru 60g/m<sup>2</sup>, o parametrach jak na załączonej karcie charakterystyki (zał. Nr 2), pozostałe parametry zgodne ze SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sformułowania pytania w sposób jednoznaczny, zapewniający zachowanie zasad konkurencji, którego treść będzie możliwa do opublikowania. Zamawiający nie akceptuje dołączania do pytań załączników, których zeskanowanie wiąże się z ujawnieniem danych Wykonawcy zadającego pytanie, w związku z umieszczonymi pieczęciami Wykonawcy. Ponadto załączniki są nieczytelne.**

**Pytanie 65**

Pakiet 7, pozycja 10-11 prosimy o dopuszczenie papieru o parametrach: - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na makro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, pozostałe zapisy jak w SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 66**

Pakiet 7, pozycja 12 – prosimy dopuszczenie włókniny, która posiada wytrzymałość na rozdarcie 1250 mN, pozostałe parametry jak w SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 67**

Pakiet 7, pozycja 14-20 prosimy o dopuszczenie rękawów o gramaturze 74g/m<sup>2</sup> o parametrach jak na załączonej karcie charakterystyki (zał. Nr 3)

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje sformułowania pytania w sposób jednoznaczny, zapewniający zachowanie zasad konkurencji, którego treść będzie możliwa do opublikowania. Zamawiający nie akceptuje dołączania do pytań załączników, których zeskanowanie wiąże się z ujawnieniem danych Wykonawcy zadającego pytanie, w związku z umieszczonymi pieczęciami Wykonawcy. Ponadto załączniki są nieczytelne.