

OGŁOSZENIE
Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 06/PN/2013

Z dnia: 23-04-2013r. AKTUALIZACJA NR 1

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

Pytanie 1

Dot. pakietu nr 2

Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielkościach opakowań tj. w opakowaniach x 90 tabl zamiast 30 i 60 tabl

Odpowiedź: POSTĘPOWAC ZGODNIE ZE SIWZ – METODA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIONA W PKT 5 i 8 – „DODATKOWE WYMAGANIA”

Pytanie 2

Dot. pakietu nr 2

Prosimy określić jak należy prawidłowo przeliczyć zamawiane ilości jeżeli otrzymujemy wielkości ułamkowe

Odpowiedź: POSTĘPOWAC ZGODNIE ZE SIWZ – METODA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIONA W PKT 5 i 8 – „DODATKOWE WYMAGANIA”

Pytanie 3

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w pakiecie nr 4, pozycjach nr 3, 4 i 5 zechciałby określić proporcję zawartości 5% r-ru glukozy do 0,9% r-r NaCl ?

Odpowiedź: ROZTWÓR 5% GLUKOZY W 0,9 % NaCl, 2:1

Pytanie 4

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w pakiecie nr 4, w pozycjach nr 16 i 17 miał na myśli płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny w butelce z dwoma niezależnymi portami, o składzie:

- Na⁺ - 141 mmol/l
- K⁺ - 5 mmol/l
- Ca⁺⁺ - 2mmol/l
- Mg⁺⁺ - 1 mmol/l
- Cl⁻ - 109 mmol/l
- Octany - 34 mmol/l
- Cytryniany - 3 mmol/l ?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ – TAK ZAMAWIAJĄCY MIAŁ NA MYŚLI TAKI SKŁAD

Pytanie 5

§ 1 ust.8 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość sprecyzowania okresu jaki musi upłynąć (licząc od wskazanego terminu) , by Zamawiający był uprawniony do dokonania zakupu zastępczego, np. przez dodanie po słowach „(3 dni roboczeelektronicznej)” sformułowania „o ile przekroczenie terminu umownego będzie wynosiło ponad 36 godzin”?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ. OKRES ZOSTAŁ SPRECYZOWANY W UMOWIE. ZPISY W UMOWIE ODNOŚĄ SIĘ DO DNI, NIE ZASADNYM JEST ZATEM WPROWADZANIE NOWEGO ROZRÓŻNIENIA Z PODZIAŁEM NA GODZINY.

Pytanie 6

§ 1 ust. 12 Umowy –czy Zamawiający zechce skorygować błędny zapis, który winien brzmieć „w terminie” 5 dni , a nie „wartości”?

Odpowiedź: PRZEDSTAWIONY ZAPIS NIE JEST BŁĘDNY. PONIEWAŻ ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 DO SIWZ JEST „PROJEKT” A NIE „WZÓR” UMOWY, ZAMAWIAJĄCY NIE WIDZI PRZESZKÓD ABY NA ETAPIE PODPISYWANIA UMOWY DOKONAĆ ZAMIANY OKREŚLENIA „W WARTOŚCI” NA „W TERMINIE”. W KAŻDYM JEDNAK PRZYPADKU CHODZI O NIE PRZEKRACZALNY TERMIN 5 DNI.

Pytanie 7

§ 1 ust. 13 Umowy –czy Zamawiający zechce skorygować zapis tego postanowienia, w ten sposób by termin na dokonanie wymiany towaru wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 8

§ 1 ust. 14 Umowy –czy Zamawiający zechce skorygować zapis tego postanowienia, w ten sposób by: (a) dodać na początku słowo „Trzykrotne”, (b) wykreślić zdanie termin „w wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.”?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 9

§ 1 ust. 15 Umowy –czy Zamawiający zechce skorygować zapis tego postanowienia, w ten sposób by wskazać 28-dniowy termin zapłaty (w miejsce 7 dniowego)?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 10

§ 1 ust. 16 Umowy –czy Zamawiający zechce skorygować zapis tego postanowienia, w ten sposób by – wykreślić słowa „zapotrzebowaniem lub” (Wykonawca nie może odpowiadać za ocenę przez Zamawiającego poziomy zapotrzebowania) ?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ. ZAPOTRZEBOWANIE OKREŚLA SIWZ, ZAMÓWIENIA SĄ SKŁADANE W TOKU REALIZACJI UMOWY.

Pytanie 11

§ 1 ust. 17 Umowy –czy Zamawiający zechce skorygować zapis tego postanowienia, w ten sposób by wpisać po słowach „z opóźnieniem” sformułowanie „wynoszącym ponad 36 godzin”?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 12

§ 1 ust. 18 Umowy –czy Zamawiający zechce sprecyzować zapis tego postanowienia, w ten sposób by wykreślić zdanie „„Strony zgodnie postanawiają, iż pozytywny wynik badania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest równoznaczny z uznaniem, iż zamówione Produkty zostały dostarczone w ilościach zgodnych z zamówieniem, o którym mowa w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu.” ?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 13

§ 1 ust. 19 Umowy –czy Zamawiający zechce sprecyzować zapis tego postanowienia, w ten sposób by wykreślić zdanie „co do ilości, rodzaju asortymentu oraz wad fizycznych lub” ?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 14

§ 2 ust. 1 Umowy –czy Zamawiający zechce sprecyzować zapis tego postanowienia, w ten sposób by po słowie „wynosi” dodać sformułowanie „na dzień zawarcia umowy” ?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ. ZAMAWIAJĄCY NIE WIDZI KONIECZNOŚCI PRECYZOWANIA TAKIEGO ZAPISU, BOWIEM W DNIU ZAWARCIA UMOWY STRONY AKCEPTUJĄ WARUNKI W NIEJ ZAWARTE, W TYM JEJ WARTOŚĆ. PONADTO WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ MIĘDZY TYM CO JEST W UMOWIA, A OFERTĄ WYKONAWCY ZŁOŻONĄ W POSTĘPOWANIU, KTÓRA UWZGLĘDNIĄ WSZYSTKIE POSTANOWIENIA ZAWARTE W SIWZ.

Pytanie 15

§ 2 ust.3 Umowy –czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji tego postanowienia i dopisania punktu b), który uwzględniałby także (ustawową) zmianę cen urzędowych / np. przez dodanie zapisu „w tym zmiany cen urzędowych”/?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ. ZAMAWIAJĄCY ODSYŁA DO PAR. 8, UST. 2 PKT. B

Pytanie 16

§ 2 ust.4 Umowy –czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji tego postanowienia poprzez dodanie sformułowania „i pkt. b) powyżej” ? Wówczas zmiany ustawowe (niezależne) od Stron , byłyby uwzględniane w okresie obowiązywania umowy

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 17

§ 3 ust.1 lit. a), b) Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów ten sposób, by obniżyć wartość zastrzeżonych kar umownych, odpowiednio do wartości: a) - 0,2% niezrealizowanej części umowy, b)- 0,2% niezrealizowanej części zamówienia?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 18

§ 3 ust.1 lit.c) –czy Zamawiający dopuszcza możliwość skreślenia tego postanowienia?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 19

§ 3 ust.1 lit.d) Umowy –czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji tego postanowienia poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia, nowym: „nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez

Wykonawcę, z jego winy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niewykonanej części umowy” ?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ. ZAPISY UMOWY JASNO OKRESLAJĄ TĄ KWESTIĘ.

Pytanie 20

§ 3 ust.3 –czy Zamawiający dopuszcza możliwość skreślenia tego postanowienia?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 21

§ 3 ust.6 –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji postanowienia w ten sposób by wskazać termin 28-dniowy do zapłaty ?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 22

§ 4 ust.2 Umowy –czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji postanowienia poprzez dodanie sformułowań: „Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 23

§ 6 ust.1 Umowy –czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji postanowienia poprzez dodanie sformułowania: „ z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy”?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ.

Pytanie 24

§7 ust.1 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość skreślenia tego postanowienia, jako rozszerzającego w sposób niedopuszczalny odpowiedzialność Wykonawcy (bo np. z za zdarzenie losowe, bądź „nieszczęśliwe wypadki”) ?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ. ZAMAWIAJĄCY ODSYŁA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAPISEM PAR. 7, UST. 2 UMOWY.

Pytanie 25

§7 ust.2 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia, bądź jego modyfikacji w ten sposób by był zrozumiałą? Dotychczasowy zapis – utożsamia „wykonanie” umowy z „okresem obejmującym czas....”.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 26

§ 8 ust.2 lit.b) Umowy –czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji tego postanowienia poprzez: (a) dodanie sformułowania „w tym zmian cen urzędowych”, (b) dodanie po słowach „ustala się” sformułowania „za wyjątkiem przypadków wskazanych lit.a) i b) powyżej”, (c) dodanie na zakończenie zdania „Zmiany cen Produktów wywołane okolicznościami wskazanymi lit.a) i b) powyżej następują z dniem wejścia w życie przepisów je wprowadzających i nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do umowy”?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 27

Czy zamawiający w pakiecie nr 20 dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, brzegi taśmy atraumatyczne zakończone pętelkami, co umożliwi bezpieczną implantację taśmy. Taśma jednorodna niewchłaniana bez plastikowych osłonek, brak kaniul z tworzywa sztucznego. Do zakładania taśmy służą narzędzia wielorazowego użytku.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 28

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu w Pakiecie 4 poz. 3,4,5. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu Glucosum 5% et Natrium Chloratum 0,9% 1:1 czy 2:1?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY MA NA MYŚLI 2:1

Pytanie 29

Czy Zamawiający miał na myśli zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 19,20 preparatu - hydroksyetylowana skrobia nowszej generacji, o poprawionym profilu bezpieczeństwa 130/0,4, zawieszona w 0,9% NaCl, który może być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ. TAK

Pytanie 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 6 pozycji 57,58,59,60, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź: POSTĘPOWAC ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 pozycji 60 produktu leczniczego w opakowaniu butelka?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 23 pozycji 17 diety Diben - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów/skrobia i fruktoza 9,25g / 100 ml, o dużej zawartości błonnika, niskosodowa 85 mg / 100 ml, zawierająca białka mleka, omega 3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal / ml, w worku EasyBag o objętości 1000 ml ?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 23 pozycji 18 diety Fresubin Original - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa , zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i omega 3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal / ml, niskosodowa 75 mg / 100 ml, bezresztkowa o osmolarności 220 mosm / l, o smaku neutralnym, w worku EasyBag 500 ml?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 34

Pakiet 11: Wymagany asortyment nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o

wyrobach medycznych, w związku z tym nie jest wymagana deklaracja producenta zgodności z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych. Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty stosownego oświadczenia?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 35

Pakiet 11 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy arkuszowe Bowie-Dick do stosowania z pakietem z ręczników opisanym w normie EN ISO 285, w opakowaniach po 50 arkuszy?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 36

Pakiet 11 pozycja 2: Czy nie nastąpiła omyłka w podanych parametrach wskaźnika klasy 6? Na rynku dostępne są wskaźniki o parametrach 121°C/15min - 134°C/5,3min. lub 121°C/20min - 134°C/7min. Prosimy o sprecyzowanie parametrów punktu końcowego

Odpowiedź: 121 C/15 MIN – 134 C/5,3 MIN

Pytanie 37

Pakiet 11 pozycja 3: Z uwagi na niejednoznaczne zapisy, prosimy o sprecyzowanie parametrów punktu końcowego wskaźnika klasy 6.

Odpowiedź: 121 C/20 MIN – 134/7 MIN

Pytanie 38

Pakiet 11 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki o parametrach 134°C/3,5min.?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 39

Pakiet 11 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 250 podwójnych pasków testowych?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 40

Pakiet 11 pozycja 7: Czy, z uwagi na różne stawki Vat inkubatora i wskaźników biologicznych do sterylizacji parowej, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę inkubatora jako odrębnej pozycji?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 41

Pakiet Nr 12, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ. ZAMAWIAJĄCY NIE WYDZIELA POZYCJI Z PAKIETÓW

Pytanie 42

Pakiet Nr 12, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji siatki w rozmiarze 8 x 15 cm.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 43

Pakiet Nr 12, poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji siatki w rozmiarze 8 x 15 cm bez określenia „lekka”.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 44

Pakiet Nr 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiał szewny powlekany mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach oraz 50% po 3 tygodniach, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 45

Dotyczy ” Dodatkowe wymagania odnoszące się indywidualnie do każdego z pakietów (od 1 do 23)

1 . Prosimy o wyjaśnienie zapisu w punkcie 5 w którym Zamawiający zezwala na przeliczenia ilości w opakowaniach ale jest też zapis ”musi pozostać zgodnie z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY ZEZWALA NA PRZELICZENIE ILOŚCI TBL. I AMP. W OPAK. ALE ŁĄCZNA ILOŚĆ TBL., AMP ITP. MUSI POZOSTAĆ ZGODNA Z WARTOŚCIĄ PODANA W SIWZ

Pytanie 46

Dotyczy ” Dodatkowe wymagania odnoszące się indywidualnie do każdego z pakietów (od 1 do 23)

2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w punkcie 8 – jeśli z przeliczenia wyjdzie np.0,48 to czy należy zaokrąglić w dół czy w górę.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODAŁ W SIWZ – „MATEMATYCZNIE”

Pytanie 47

Dotyczy ” Dodatkowe wymagania odnoszące się indywidualnie do każdego z pakietów (od 1 do 23)

3. Prosimy o wyjaśnienie czy zapis w punkcie 6 dotyczy też zakończonej produkcji leków , zakończonych dystrybucji na rynek Polski.

Odpowiedź: DOTYCZY NIEOBECNOŚCI DANEGO LEKU NA RYNKU POLSKIM I BRAKU JAKIEGOKOLWIEK ZAMIENNIKA

Pytanie 48

Dotyczy ” Dodatkowe wymagania odnoszące się indywidualnie do każdego z pakietów (od 1 do 23)

4. Odnośnie zapisu w punkcie 4 – czy Zamawiający dopuści również zamianę ampułki na fiolke i odwrotnie.

Odpowiedź: POSTĘPOWAC ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 49

Pakiet nr 10, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o przylepnej powierzchni 30 x 21 cm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 50

Pakiet nr 10, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w opakowaniach a'20 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 51

Pakiet nr 10, poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o przylepnej powierzchni 45 x 21 cm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 52

Pakiet nr 10, poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w opakowaniach a'15 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 53

Pakiet nr 10, poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o przylepnej powierzchni 45 x 48 cm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 54

Pakiet nr 10, poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w opakowaniach a'20 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 55

Pakiet nr 15, poz. 1-2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici pokrytych stearynianem wapnia i poliglikolidem laktydu, o czasie podtrzymywania tkankowego 75 % po 2 tygodniach i 40-50 % po 3?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 56

Pakiet

nr 15, poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu z igłą wzmocnioną?

Odpowiedź: POSTĘPOWAC ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 57

Do treści §1 ust.8 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź: POSTĘPOWAC ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §3ust.1 ppkt a) i b) poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za każde opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień?

Odpowiedź: POSTĘPOWAC ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §3 ust.1 ppkt c) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 15% wartości netto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: POSTĘPOWAC ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 20:

- 12 szt. taśm, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, elastycznych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez kaniul
oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez otwory zasłonowe ?

Odpowiedź: POSTĘPOWAC ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 61

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21:

- 12 szt. systemów, sterylna mini-taśma z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczeplenia się w tkankach, o parametrach- długość 6,6 cm, szerokość 1,1 cm:

W części środkowej	Na końcach
grubość taśmy	
0,33 mm	0,54 mm
porowatość średnia	
1000 µm	698 µm

gramatura	
48 g/m ²	175 g/m ² ?

Bez niebieskich znaczników, bez przewodnicy.

Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.

Odpowiedź: POSTĘPOWAC ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 62

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 10 dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach powierzchni przylepnej 16x23,5cm dla poz. 1, 40x23,5cm dla poz. 2 oraz 40x53cm dla poz. 3?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 63

Pakiet nr 10 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o przylepnej powierzchni 30cmx28cmx10szt.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 64

Pakiet nr 10 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o przylepnej powierzchni 45cmx28cmx10szt.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 65

Pakiet nr 10 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o przylepnej powierzchni 45cmx55cmx10szt.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 66

Pakiet nr 18 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrokoloidowego 15cmx20cmx10szt., spełniającego pozostałe warunki SIWZ, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PRZELICZENIE W SIWZ ILOŚCI SZT. W OP.

Pytanie 67

Pakiet nr 18 poz.15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu hydrokoloidowego do leczenia ran głębokich suchych, mało/umiarkowanie sączących z martwicą suchą lub rozplywną.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 68

Pakiet 9 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby pieluszki posiadały w przedniej części wycięcie na kikut pępowniny, który zapewniając dopływ powietrza przyspiesza proces gojenia się i minimalizuje ryzyko podrażnień tego delikatnego miejsca?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 69

Pakiet 10 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania folię operacyjną o rozm.30x28cm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 70

Pakiet 10 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania folię operacyjną o rozm.45x28cm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 71

Pakiet 10 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania folię operacyjną o rozm.45x55cm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 72

Pakiet 12 poz. 2, 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji i utworzenie odrębnego pakietu?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 73

Pakiet 12 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na siatki w rozmiarze 6x12,5cm?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 74

Pakiet 12 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na siatki w rozmiarze 8x13cm?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 75

Pakiet 12 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na siatki w rozmiarze 8x13cm?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 76

Pakiet 16. Czy Zamawiający oczekuje wersji jałowej czy niejłowej?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE WERSJI NIEJAŁOWEJ

Pytanie 77

Pakiet 20. Czy Zamawiający dopuści taśmę o traumatycznych brzegach niewymagającej plastikowej osłonki, na obu końcach zaopatrzonej w uchwyty pozwalające na jej bezpieczne mocowanie na odpowiednim aplikaturze, zakładanej narzędziami wielokrotnego użycia, wykonanymi ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 78

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 2 wzoru umowy dopisać zdanie o następującej treści „*W razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu produktów opisanego w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać ich zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie.*”

Dopisanie powyższego zdania korzystnie wpłynie na utrzymanie ciągłości dostaw.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 79

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 80

Zważywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość produktów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ. WSZELKIE WARUNKI OPISUJE SIWZ.

Pytanie 81

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt b) o następującej treści: *„przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.”*?

Dopisanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 82

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 lit. a), § 3 ust. 1 lit. b), § 3 ust. 4 lit. a), § 3 ust. 4 lit. b) wzoru umowy słowa „opóźnienia”, „opóźnienie” zostały zastąpione słowami „zwłoki”, „zwłoka”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 83

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 lit. c) wzoru umowy słowa *„15% łącznej wartości netto Produktów, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy”* zostały zastąpione słowami *„15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”*?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 84

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy dopisane zostały słowa *„o ile powstanie szkody zostało zawinione przez Wykonawcę”*?

Podobnie jak w pkt 5 powyżej; nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy także na zdarzenia niezawinione przez Wykonawcę.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 85

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na wydzielenie z **pakietu nr 12** pozycji 2 i utworzy tym samym dwa odrębne pakiety: jeden z siatkami polipropylenowymi a osobny z siatkami poliestrowymi?

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 86

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie nr 12 poz. 3** siatki do zaopatrywania przepuklin w rozmiarze 6x11 cm lub 7,6x15 cm? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz. W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie, który z zaproponowanych rozmiarów powinien zaoferować wykonawca.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 87

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie nr 12 poz. 4** siatki do zaopatrywania przepuklin w rozmiarze 7,6x15 cm lub 10x15cm? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz. W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie, który z zaproponowanych rozmiarów powinien zaoferować wykonawca.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 88

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie nr 12 poz. 5** siatki do zaopatrywania przepuklin w rozmiarze 7,6x15 cm lub 10x15cm? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz. W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie, który z zaproponowanych rozmiarów powinien zaoferować wykonawca.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 89

Czy Zamawiający zmodyfikuje § 3 ustęp 1 umowy w następujący sposób:

- a) pierwszego opóźnienia w dostawie zamówionych Produktów Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości **0,5%** niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 1 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy.
- b) drugiego opóźnienia w dostawie oraz każdego kolejnego opóźnienia w dostawie zamówionych produktów Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości **1%** niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego na podstawie § 1 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy.
- c) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Produktów lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości **10 %** łącznej wartości brutto Produktów, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy.
- d) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w przypadku opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej w pkt. c) niniejszego ustępu.

Odpowiedź: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE SIWZ

Pytanie 90

Czy w związku z tym, że produkty lecznicze w zakresie pakietu nr 7 są sprowadzane w ramach importu

docelowego, Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od wymogu dostarczenia wraz z dostarczonymi produktami ulotki w języku polskim?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 91

Dotyczy pakietu nr 22: Asortyment zaoferowany w Pakiecie nr 22 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Jest on dopuszczony do obrotu i stosowania na podstawie znaku CE – Deklaracji Zgodności. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie Deklarację CE wydaną przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza